



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-65/09

Tarnów, 2009-07-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę zewnętrznych stymulatorów serca dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt I.4-** Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny bez wymogu dostarczenia elektrody 6F/1 sztuka na urządzenie?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt I.5 –** Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny , który nie posiada pasków mocujących urządzenie?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt II.4 –** Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny , który posiada amplitudę impulsu zakres od 0,2 – 20 mA?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. przetargu jednorazowych elektrod do czasowej stymulacji serca w rozmiarze 6F?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt I.4-** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych zewnętrznych implantowanych elektrod w rozmiarze 6F w liczbie 4szt./urządzenie z zachowaniem pozostałych parametrów?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt II.2-** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zewnętrznego stymulatora serca posiadającego częstotliwość podstawową w zakresie 40-180/min +- 1/min z zachowaniem pozostałych parametrów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający nie dopuści stymulatora zewnętrznego bez jednorazowej elektrody endokawitarnej w rozmiarze 6F/1 sztuka na urządzenie. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2 punkt I.4 na „W komplecie jednorazowa elektroda endokawitarna w rozmiarze 6F/ 1szt/ urządzenie”.
- Ad. 2** Zamawiający nie dopuści stymulatora zewnętrznego bez pasków mocujących urządzenie.
- Ad. 3** Zamawiający dopuści również stymulator zewnętrzny, który posiada amplitudę impulsu zakres od 0,2 – 20 mA.
- Ad.4** Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2 punkt I.4 i wymaga zaoferowania stymulatora zewnętrznego „W komplecie jednorazowa elektroda endokawitarna w rozmiarze 6F/ 1szt/ urządzenie”.
- Ad.5** Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2 punkt I.4 i wymaga zaoferowania stymulatora zewnętrznego „W komplecie jednorazowa elektroda endokawitarna w rozmiarze 6F/ 1szt/ urządzenie”. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie stymulatora zewnętrznego, w komplecie jednorazowa elektroda endokawitarna w rozmiarze 6F/ w ilości 4szt/ urządzenie.

Ad.6 Zamawiający dopuści również zewnętrzny stymulator serca posiadający częstotliwość podstawową w zakresie 40-180/min +/- 1/min. z zachowaniem pozostałych parametrów.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad 1, Ad 4 i Ad 5, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a