



Znak: AE/ZP-27-67/09

Tarnów, 2009-08-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę łóżek reanimacyjnych wraz z materacem oraz materacy przeciwoślizgowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

- 1. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca zbudowanego z co najmniej 18 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych, tak by umożliwić dopasowanie długości materaca do wymiaru leża łóżka?
- 2. Dotyczy Pakietu Nr 2 –** Czy zasilacz pneumatyczny materaca ma posiadać obok zmiennego trybu pracy także tryb statyczny ułatwiający wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na materacu zmiennociśnieniowym?
- 3. Dotyczy Pakietu Nr 2 –** Czy materac ma posiadać szybkozłączkę transportową umożliwiającą transport chorego na materacu?
- 4. Dotyczy Pakietu Nr 2 –** Czy Zamawiający wymaga, aby komory materaca były zespolone ze sobą nierozłącznie na całej długości i aby długość komór w części zmiennociśnieniowej była min.10% większa od szerokości materaca, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziałujących na ciało leżącego pacjenta?
- 5. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac zbudowany z minimum 17 komór, z tego 14 komór zmiennociśnieniowych i 3 w sekcji głowy stałociśnieniowe ?
- 6. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści wysokość komór materaca 10 cm?
- 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia z terminu „10 do 23 września” na „10 do 23 października”? Jeżeli nie to na jaki możliwie długi okres realizacji zamówienia zamawiający wyrazi zgodę?
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, w którym regulacja segmentu podudzia realizowana jest przy pomocy sprężyny gazowej?
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Co Zamawiający miał na myśli formułując zapis : „ruch wsteczny teleskopowy segmentu oparcia”? Czy Zamawiający rozumie przez powyższy zapis funkcję autoregresji oparcia pleców, polegającą na odsuwaniu do tyłu i do góry osi oparcia pleców przy jego nachyleniu?
- 10. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, w którym szczyty łóżka od strony głowy pacjenta są ruchome ?
- 11. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozycja horyzontalna”? czy zamawiający formułując ten zapis miał na myśli pozycję łóżka z leżem w poziomie w najwyższym położeniu?
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, nie zapewniające ochrony na całej długości leża, posiadające tzw. martwe przestrzenie?





- 13. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, wyposażone w barierki boczne bez możliwości złożenia ich przy pomocy jednej ręki ?
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, nie posiadające szyny lub uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta?
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, wyposażone w materac wodoszczelny, paroprzepuszczalny bez właściwości antyalergizujących oraz antystatycznych?
- 16. Dotyczy Ogólnych warunków umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ogólnych warunków umowy w pkt.9 z „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,5 % wartości zamówionych łożek wraz z materacami oraz materacy przeciwoleżynowych za każdy dzień zwłoki, jeżeli łożka wraz z materacami oraz materace przeciwoleżynowe nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność” na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,2 % wartości zamówionych łożek wraz z materacami oraz materacy przeciwoleżynowych za każdy dzień zwłoki, jeżeli łożka wraz z materacami oraz materace przeciwoleżynowe nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”?
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 17 komór?
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością ustawienia pożądanego ciśnienia pracującą w zakresie 60-135 mm Hg?
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości komór 10,5 cm?
- 20. Dotyczy Pakietu Nr 2-** Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z tworzywa PVC z odpinanym pokrowcem wykonanym z rozciągliwego poliuretanowego materiału ?
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łożka reanimacyjnego z barierkami bocznymi, podwójnymi, dzielonymi poruszającymi się wraz z segmentami leża, zapewniającymi ochronę na całej długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa IEC 60601-2-38 wyposażonymi w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30⁰ i 45⁰ co ma zasadnicze znaczenie podczas prowadzenia terapii złożeniowej pacjenta?
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łożka reanimacyjnego, którego leże oparte jest na dwóch kolumnach prostokątnych. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w konstrukcji łożek reanimacyjnych?
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łożko reanimacyjne, wyposażone w akumulator, zapewniający możliwość sterowania funkcjami elektrycznymi łożka, oraz drugi akumulator zapewniający energię dla pozycji szokowej?
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko z manualną regulacją segmentu podudzia?
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko z manualną regulacją podudzia wspomaganą elektrycznie?
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko bez funkcji stałego szczytu?
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści pilota wodoodpornego bez przycisków membranowych?
- 28. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko bez pedału do regulacji wysokości?



- 29. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z nożną elektryczną regulacją wysokości – z pilota nożnego?
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół z dźwignią przy każdym kole łóżka?
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną i mechaniczną funkcją CPR?
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez szyny lub uchwytu do unieruchomienia pacjenta?
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego na kolumnach cylindrycznych, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pentagrafowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji?
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy Zamawiający oczekuje, aby z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów oferowane łóżko posiadało bariereki boczne zgodne z normą EN 60601-2-52?
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 1-** Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający oczekuje aby łóżko posiadało przycisk natychmiastowego wyłączenia wszystkich funkcji elektrycznych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 materac zbudowany z co najmniej 18 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych, tak by umożliwić dopasowanie długości materaca do wymiaru leża łóżka.
- Ad 2.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zasilacz pneumatyczny materaca w Pakiecie Nr 2 posiadał obok zmiennego trybu pracy także tryb statyczny ułatwiający wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na materacu zmiennociśnieniowym.
- Ad 3.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby materac w Pakiecie Nr 2 posiadał szybkozłączkę transportową umożliwiającą transport chorego na materacu.
- Ad 4.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby komory materaca w Pakiecie Nr 2 były zespolone ze sobą nierozłącznie na całej długości i aby długość komór w części zmiennociśnieniowej była min.10% większa od szerokości materaca.
- Ad 5.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 materac zbudowany z minimum 17 komór, z tego 14 komór zmiennociśnieniowych i 3 w sekcji głowy stałociśnieniowe.
- Ad 6.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 wysokość komór materaca 10 cm.
- Ad 7.** Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia, który został określony w SIWZ.
- Ad 8.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, w którym regulacja segmentu podudzia realizowana jest przy pomocy sprężyny gazowej.
- Ad 9.** Zamawiający formułując w Pakiecie Nr 1 zapis : „ruch wsteczny teleskopowy segmentu oparcia” miał na myśli funkcję autoregresji oparcia pleców, polegającą na odsuwaniu do tyłu i do góry osi oparcia pleców przy jego nachyleniu.
- Ad 10.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie z materacem, w którym szczyty łóżka od strony głowy pacjenta są ruchome.





- Ad 11.** Zamawiający w Pakiecie Nr 1 pod pojęciem „pozycja horyzontalna” rozumie poziome położenie wszystkich segmentów leża na dowolnej dostępnej wysokości.
- Ad 12.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, nie zapewniające ochrony na całej długości leża, posiadające tzw. martwe przestrzenie.
- Ad 13.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z materacem, wyposażone w barierki boczne bez możliwości złożenia ich przy pomocy jednej ręki.
- Ad 14.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie z materacem, nie posiadającego szyny lub uchwytu do ewentualnego unieruchomienia pacjenta.
- Ad 15.** Zamawiający podtrzymuje zapisy w Pakiecie Nr 1 i wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego z materacem w pokrowcu wodoszczelnym, antystatycznym, niealergizującym
- Ad 16.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt.9a Ogólnych warunków umowy, które otrzymują brzmienie : „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- a) 0,2 % wartości zamówionych łóżek wraz z materacami oraz materacy przeciwodrażynowych za każdy dzień zwłoki, jeżeli łóżka wraz z materacami oraz materace przeciwodrażynowe nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”.
- Ad 17.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 materac zbudowany z 17 komór.
- Ad 18.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 pompę z możliwością ustawienia pożądanego ciśnienia pracującą w zakresie 60-135 mm Hg.
- Ad 19.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 2 materac o wysokości komór 10,5 cm.
- Ad 20.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania materaca wykonanego z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach
- Ad 21.** Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko reanimacyjne z barierkami bocznymi, podwójnymi, dzielonymi poruszającymi się wraz z segmentami leża, zapewniającymi ochronę na całej długości leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa IEC 60601-2-38 wyposażonymi w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30⁰ i 45⁰.
- Ad 22.** Zamawiający nie oczekuje i nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko reanimacyjne, którego leże oparte jest na dwóch kolumnach prostokątnych.
- Ad 23.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko reanimacyjne, wyposażone w akumulator, zapewniający możliwość sterowania funkcjami elektrycznymi łóżka, oraz drugi akumulator zapewniający energię dla pozycji szokowej.
- Ad 24.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 łóżka tylko z manualną regulacją segmentu podudzia.
- Ad 25.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko posiadające regulację manualną i elektryczną.
- Ad 26.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 łóżka bez funkcji stałego szczytu.
- Ad 27.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 pilota z wodoodpornymi przyciskami niemembranowymi.





- Ad 28.** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 obustronnego sterowania wysokości leża łóżka za pomocą sterownika uruchamianego nogą (regulacja elektryczna).
- Ad 29.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko z nożną elektryczną regulacją wysokości dostępną z obu stron łóżka na stałe zamocowaną do ramy łóżka z dwóch dłuższych boków.
- Ad 30.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko z centralną blokadą kół sterowaną z czterech dźwigni umieszczonych przy każdym kole.
- Ad 31.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 łóżko z elektryczną i mechaniczną funkcją CPR.
- Ad 32.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 1 łóżka bez szyny lub uchwytu do unieruchomienia pacjenta.
- Ad 33.** Zamawiający nie oczekuje i nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko oparte na kolumnach cylindrycznych.
- Ad 34.** Zamawiający nie oczekuje i nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko posiadające barierki boczne zgodne z normą EN 60601-2-52.
- Ad 35.** Zamawiający nie oczekuje i nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 łóżko posiadające przycisk natychmiastowego wyłączenia wszystkich funkcji elektrycznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

