



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-71/09

Tarnów, 2009-08-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, filtrów wodnych do automatycznego urządzenia do mycia i dezynfekcji fiberoskopów typu WASH oraz papieru do drukarki myjni dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 15.** Prosimy o rozdzielenie pozycji 1 i 2.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Czy Zamawiający posiada kable łączące monitory z przetwornikami? Jakiej firmy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 15 poz. 2 i tworzy z tej pozycji Pakiet Nr 15A.

Ad. 2 Zamawiający posiada kable łączące monitory z przetwornikami i są to kable płaskie IBP BDPT-500.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na:

- **składanie ofert do dnia 18 sierpnia 2009 r. godz. 8⁵⁰**
- **otwarcie ofert do dnia 18 sierpnia 2009 r. godz. 9⁰⁰.**

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 z uwzględnieniem utworzonego pakietu Nr 15A.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a