

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 279966-2009 z dnia 2009-08-14 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dostawa komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza o parametrach określonych
w Załączniku Nr 2 do SIWZ dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.

Sprawa: AE/ZP-27-73/09.

Termin składania ofert: 2009-08-25

Numer ogłoszenia: 290810 - 2009; data zamieszczenia: 24.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279966 - 2009 data 14.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13,
33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6310100, fax. 014 6310337.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.3.13).
- **W ogłoszeniu jest:** 7.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada funkcję dezynfekcji-fumigacji aktywowaną przez operatora z poziomu oprogramowania komory lub w pełni automatyczną aktywowaną i sterowaną z poziomu oprogramowania komory.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 7.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada funkcję dezynfekcji-fumigacji aktywowaną przez operatora z poziomu oprogramowania komory lub z poziomu oprogramowania aparatu do dezynfekcji -fumigacji lub w pełni automatyczną aktywowaną i sterowaną z poziomu oprogramowania komory.