



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-73/09

Tarnów, 2009-08-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga aby komora była zgodna z normą : PN-EN12469? Czy zgodność musi być udokumentowana dołączeniem do oferty certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469: 2000 - potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą (kopia za zgodność z oryginałem), dedykowaną do danego, konkretnego modelu komory laminarnej?
2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski” rozumiane jako: Usługi świadczone przez wykonawcę w ramach niniejszego postępowania, tzn.: montaż, instalacja, przeszkolenie personelu, serwis gwarancyjny muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych do tego pracowników wykonawcy. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, czy do oferty należy dołączyć zaświadczenie producenta oferowanej komory laminarnej o udzieleniu autoryzacji na dostarczanie i serwisowanie w/w wyrobów na terenie Polski oraz o przeszkoleniu przez producenta pracowników serwisu wykonawcy?
3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie komory laminarnej z blatem roboczym dzielonym na cztery części?
4. Czy Zamawiający wymagając maksymalnej ochrony produktu, operatora i środowiska pracy, wymaga zastosowania dwóch wentylatorów obsługujących osobno filtr główny i wylotowy w komorze laminarnej?
5. Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z pochyloną szybą przednią wyposażoną w funkcję manualnego opuszczania poniżej poziomu blatu roboczego w celu łatwego dostępu podczas czyszczenia do całej powierzchni szyby bez konieczności unoszenia do poziomu?
6. Czy Zamawiający wymaga , aby filtr główny zamontowany był pod kątem prostym do szyby przedniej, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej bariery laminarnej w komorze roboczej?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby wewnątrz obszaru pracy było malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi ?
8. Czy Zamawiający wymaga natężenia oświetlenia w komorze roboczej co najmniej 1200 lux?
9. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wyświetlacza wyposażonego w piktogramowe znaki obsługi funkcji komory wraz z wyświetlanymi pisemnie parametrami pracy komory?
10. Czy Zamawiający ze względu na komfort pracy z urządzeniem wymaga aby poziom głośności wynosił maksymalnie 55 dB?
11. Czy Zamawiający wymaga aby komora o szerokości blatu roboczego 120cm posiadała szerokość zewnętrzną maksymalnie 130cm?



12. Czy Zamawiający dopuści komorę bez funkcji dezynfekcji?
13. Czy Zamawiający dopuści komorę z panelem sterowania nie zabezpieczonym hasłem?
14. Czy Zamawiający wymagając aby komora posiadała głębokość zewnętrzną poniżej 80 cm, za względu na transport przez drzwi, posiadała również możliwie jak największa głębokość wewnętrzną obszaru roboczego co najmniej 63cm?
15. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju ścian bocznych wymaga Zamawiający w komorze laminarnej? Układ ścian bocznych wykonanych ze szkła hartowanego nie jest równoważnym rozwiązaniem do układu ścian bocznych z kanałem cyrkulacyjnym pozostającym w podciśnieniu. Wymóg podwójnego układu ścian bocznych z kanałem cyrkulacyjnym pozostającym w podciśnieniu jest niemożliwy do spełnienia w przypadku ścian bocznych wykonanych ze szkła hartowanego (zaoferowanie obu rozwiązań nie jest możliwe do spełnienia w przypadku jednego urządzenia).
16. Proszę o doprecyzowanie zapisu dot. funkcji dezynfekcji – fumigacji, zał. nr 2 – „Wymagane i oferowane parametry techniczne komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza – 1 szt)”, pkt. III wyposażenie i funkcjonalność, pkt 5 - czy zapis ten należy rozumieć jako automatyczną funkcję komory laminarnej aktywowaną przez operatora z poziomu oprogramowania komory i jednocześnie sterowaną z poziomu oprogramowania komory laminarnej?
17. Z uwagi na fakt, że deklaracja zgodności i certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 są różnymi dokumentami (nie są dokumentami równoważnymi) - deklaracja zgodności dopuszcza jedynie urządzenie do obrotu na terenie Polski i posiada je każde urządzenie, natomiast certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 jest dokumentem dedykowanym do danego modelu komory laminarnej i jest specyficzny jedynie do komór laminarnych oraz określa standardy i normy bezpieczeństwa jakie powinna spełniać komora laminarna II klasy bezpieczeństwa), czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej obu wymienionych dokumentów tj.: 1) deklaracja zgodności CE i 2) certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469:2000 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą?
18. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarze szerokości blatu roboczego wynoszącym 123 cm, przy wymiarze szerokości zewnętrznej komory wynoszącym 138 cm, a więc zgodny z zapisami specyfikacji?
19. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (tj. rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, skuteczność filtracji oraz test szczelności) stwierdzających gotowość komory do użycia?
20. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarze głębokości zewnętrznej wynoszącym 84 cm?
21. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z przestrzeni roboczą zamykaną manualnie za pomocą oddzielnego panelu?
22. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z dwoma filtrami ULPA U 15 (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek > 0,3 µm (to jest 10-krotnie bardziej skuteczniejszy niż filtry HEPA H 14) ?
23. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 134 cm i szerokości blatu roboczego 127 cm ?
24. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną ze sterowaniem mikroprocesorowym bez wyświetlania na panelu kontrolnym komory ilości usuwanego powietrza w m³?
25. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez wyświetlania informacji o dacie wymiany filtrów?
26. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z gniazdem elektrycznym zlokalizowanym na bocznej ścianie ?

27. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez informacji o włączonym zaworze w postaci zapalanej diody ale z funkcją tzw. bezpiecznego zaworu tzn. każdorazowo przed włączeniem zaworu należy najpierw wcisnąć pokrętko co zgodne jest z normą EN 12469:2000 ?
28. Czy Zamawiający wymaga aby komora laminarna była dostarczona wraz z aparatem do dezynfekcji –fumigacji, a tym samym być gotowa do przeprowadzenia tego procesu ?
29. Czy Zamawiający dopuści aktywowanie funkcji dezynfekcji-fumigacji przez operatora z poziomu oprogramowania aparatu do dezynfekcji –fumigacji ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie IV.20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę na Druku Oświadczeń – Załącznik Nr 3 - oświadczenia, że oferowane urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, które potwierdzają zgodność z EN 12469, a tym samym wymaga, aby zaoferowana komora laminarna była zgodna z normą EN 12469.
- Ad 2.** Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty „Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski”, a także nie wymaga załączenia do oferty zaświadczenie producenta oferowanej komory laminarnej o udzieleniu autoryzacji na dostarczanie i serwisowanie w/w wyrobów na terenie Polski oraz o przeszkoleniu przez producenta pracowników serwisu wykonawcy.
- Ad 3.** Zamawiający nie wymaga zaoferowania komory laminarnej z blatem roboczym dzielonym na cztery części.
- Ad 4.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zastosowanie dwóch wentylatorów obsługujących osobno filtr główny i wylotowy w komorze laminarnej.
- Ad 5.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również komorę laminarną z pochyłą szybą przednią wyposażoną w funkcję manualnego opuszczania poniżej poziomu blatu roboczego w celu łatwego dostępu podczas czyszczenia do całej powierzchni szyby bez konieczności unoszenia do poziomu.
- Ad 6.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby filtr główny zamontowany był pod kątem prostym do szyby przedniej, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej bariery laminarnej w komorze roboczej.
- Ad 7.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również wewnątrz obszaru pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi, pod warunkiem, że wewnątrz obszaru pracy jest wykonane ze stali nierdzewnej.
- Ad 8.** Zamawiający wymaga oświetlenia obszaru pracy : intensywność min.800 lux. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis punktu II.5 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie : „Oświetlenie obszaru pracy : intensywność min.800 lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni. Odizolowane od przestrzeni boks laminarnego.”
- Ad 9.** Zamawiający dopuści również zastosowanie wyświetlacza wyposażonego w piktogramowe znaki obsługi funkcji komory wraz z wyświetlanymi pisemnie parametrami pracy komory.
- Ad 10.** Zamawiający zgodnie z punktem III.6 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga zaoferowania komory o poziomie głośności max 58 dB - potwierdzić dokumentem producenta (np. ulotka, katalog).
- Ad 11.** Zamawiający zgodnie z punktem I.5 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga zaoferowania komory o wymiarach : szerokość zewnętrzna max.140 cm, szerokość blatu roboczego max.120 cm
- Ad 12.** Zamawiający nie dopuści komory bez funkcji dezynfekcji-fumigacji.

- Ad 13.** Zamawiający dopuści również komorę z panelem sterowania nie zabezpieczonym hasłem.
- Ad 14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również komorę posiadającą głębokość wewnętrzną obszaru roboczego co najmniej 63cm.
- Ad 15.** Zamawiający zmienia zapis punktu I.6 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie : „Boki komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), podwójny układ ścian bocznych z kanałem cyrkulacyjnym, pozostającym w podciśnieniu lub boki komory wykonane z hartowanego szkła, podwójny układ ściany tylnej z kanałem cyrkulacyjnym, pozostającym w podciśnieniu”. **W załączeniu Załącznik Nr 2 po zmianie.**
- Ad 16.** Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej funkcję dezynfekcji-fumigacji aktywowaną przez operatora z poziomu oprogramowania komory lub z poziomu oprogramowania aparatu do dezynfekcji –fumigacji (zgodnie z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.29) lub w pełni automatyczną aktywowaną i sterowaną z poziomu oprogramowania komory.
- Ad 17.** Zgodnie z zapisem zawartym w punkcie IV.20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę na Druku Oświadczeń – Załącznik Nr 3 - oświadczenia, że oferowane urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, które potwierdzają zgodność z EN 12469
- Ad 18.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną o wymiarze szerokości blatu roboczego wynoszącym 123 cm.
- Ad 19.** Zamawiający zgodnie z punktem IV.2 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych /rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, skuteczność filtracji i test szczelności/ w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawienie do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządu pomiarowego lub przeprowadzenia przy instalacji jedynie testu prędkości powietrza w strudze laminarnej a w przypadku testu szczelności i skuteczności filtracji dostarczenie protokołów walidacji przeprowadzonej przez producenta urządzenia
- Ad 20.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną o wymiarze głębokości zewnętrznej wynoszącym 84 cm.
- Ad 21.** Zamawiający nie dopuści komory laminarnej z przestrzeni roboczą zamykaną manualnie za pomocą oddzielnego panelu.
- Ad.22.** Zamawiający zgodnie z punktem I.4 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej dwa filtry Hepa H 14 (główny i wylotowy) o skuteczności 99,99% dla cząsteczek $\geq 0,3 \mu m$
- Ad.23.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 134 cm i szerokości blatu roboczego 127 cm.
- Ad.24.** Zamawiający dopuści komorę laminarną ze sterowaniem mikroprocesorowym bez wyświetlania na panelu kontrolnym komory ilości usuwanego powietrza w m^3 , pod warunkiem, że będzie posiadała sygnalizację alarmową w przypadku nieprawidłowości.
- Ad.25.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną bez wyświetlania informacji o dacie wymiany filtrów, pod warunkiem, że dodatkowo będzie posiadała wyświetlanie liczby przepracowanych godzin filtrów.
- Ad.26.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną z gniazdem elektrycznym zlokalizowanym na lewej bocznej ścianie.
- Ad.27.** Zamawiający dopuści również komorę laminarną bez informacji o włączonym zaworze w postaci zapalanej diody ale z funkcją tzw. bezpiecznego zaworu tzn. każdorazowo przed włączeniem zaworu należy najpierw wcisnąć pokrętko.

Ad.28. Zamawiający wymaga aby komora laminarna była dostarczona wraz z aparatem do dezynfekcji –fumigacji, a tym samym była gotowa do przeprowadzenia tego procesu.

Ad.29. Zamawiający zmienia zapis punktu III.5 Załącznika Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie : „Funkcja dezynfekcji-fumigacji aktywowana przez operatora z poziomu oprogramowania komory lub z poziomu oprogramowania aparatu do dezynfekcji –fumigacji lub w pełni automatyczna aktywowana i sterowana z poziomu oprogramowania komory”. **W załączeniu Załączniki Nr 2 i 3 po zmianie.**

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.8, 15 i 29, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **W załączeniu Załącznik Nr 2 – „Wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia” po zmianie.**

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.29, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

W załączeniu Załącznik Nr 3 – „Druk Oświadczeń” po zmianie

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a