

Znak: AE/ZP-27-74/09

Tarnów, 2009-08-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę bronchofiberoskopu z procesorem wizyjnym dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1.Dotyczy ogólnych warunków umowy Punkt XIV SIWZ punkt 9 podpunkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej naliczanej za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność z 0.5% na 0,1% wartości zamówionych urządzeń.

2. Dotyczy ogólnych warunków umowy Punkt XIV SIWZ punkt 9 podpunkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni”.

3.Dotyczy ogólnych warunków umowy Punkt XIV SIWZ punkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczania kary umownej określonej w pkt.9a, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”.

4.Dotyczy Załącznik Nr 2 punkt 6 Pozostałe Wymagania podpunkt 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie gwarantowanego czasu reakcji od dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu do usunięcia usterki do 7 dni.

5.Dotyczy Załącznik Nr 2 punkt 6: Pozostałe Wymagania podpunkt 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„ W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni Wykonawca gwarantuje wstawienie urządzeń zastępczych”.

6.Dotyczy Załącznik Nr 2 podpunkt 6 i 16 :

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat posiadający 2 dowolnie programowalne przyciski na głowicy endoskopu oraz jeden dowolnie programowalny przycisk na panelu procesora?

7.Dotyczy Załącznik Nr 2 podpunkt 23 :

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowany procesor obrazu posiadał możliwość wpisania 20 użytkowników?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisu ogólnych warunków umowy w punkcie 9 podpunkt. a) w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisu ogólnych warunków umowy w punkcie 9 w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisu ogólnych warunków umowy w punkcie 16 w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w Załączniku Nr 2 punkt 6 Pozostałe Wymagania podpunkt 36 w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, natomiast wprowadza zmianę po której wymieniony zapis otrzymuje brzmienie: „Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni”.
- Ad. 5** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w Załączniku Nr 2 punkt 6 Pozostałe Wymagania podpunkt 37, po której wymieniony zapis otrzymuje brzmienie „W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni Wykonawca gwarantuje wstawienie urządzeń zastępczych”.
- Ad. 6** Zamawiający nie dopuści aparatu posiadającego 2 dowolnie programowalne przyciski na głowicy endoskopu oraz jeden dowolnie programowalny przycisk na panelu procesora.
- Ad. 7** Zamawiający dopuści również aby zaoferowany procesor obrazu posiadał możliwość zapisania listy 20 użytkowników.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

