



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-77/09

Tarnów, 2009-09-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kosci.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** – Czy w pakiecie nr 2 poz.1 Zamawiający dopuści igłę o długości 9mm, reszta parametrów bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** – Czy w pakiecie nr 2 poz. 4 Zamawiający dopuści igłę o długości 17mm, reszta parametrów bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6** - Czy w pakiecie nr 3 poz. 6 Zamawiający dopuści szew syntetyczny niewchłaniający, jednowłókninowy wykonany z polibutestru, który z powodzeniem może zastąpić poliamid, a nawet charakteryzuje się dodatkowymi zaletami takimi jak zwiększona gładkość oraz hydrofobowość?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** – Czy w pakiecie nr 4 pozycja 3 Zamawiający dopuści igłę okrągłą z ostrzem tnącym, 1/2 koła 40 mm pakowaną 5x 75cm ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** - Czy w pakiecie nr 4 pozycja 4 Zamawiający dopuści podwiązkę na rolce o długości 250 cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici wchłaniającej, plecionych powlekanych glikonatem o okresie podtrzymywania ok. 28 dni wchłaniania całkowitego do 90 dni?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły laparoskopowej typu narta 26 mm na nitce 20cm.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 17mm 1/2 okrągła podwójnej z ostrym tnącym końcem.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podwiązki USP 0 o długości 150cm lub 250cm.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14** – Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści nitkę o długości 75cm zamiast 90cm.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści igłę odwrotnie tnącą zamiast okrągłej z ostrzem tnącym.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 nić o czasie wchłaniania do 80 dni? Pozostałe parametry bez zmian.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 zrezygnuje z wymogu zaofiarowania igły plastycznej w poz. 4 lub wyłączy treść tej pozycji z pakietu?

14. **Dotyczy Pakietu Nr 3poz. 17** - Czy Zamawiający wyłączy lub wykreśli z pakietu nr 3 poz. 17?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 2 igłę o długości 48 mm, pomimo przyjętej tolerancji?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 3 igłę o długości 40 mm, pomimo przyjętej tolerancji?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 5** - Czy Zamawiający w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wytwarzane z kwasu glikolowego, o okresie wchłaniania ok. 42 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.17** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6, 8, 11** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja 6,8, i 11 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 3 dopuści igłę pojedynczą? Pozostałe parametry bez zmian.
21. **Dotyczy pkt. XV podpunkt 11 SIWZ Ogólne Warunki Umowy** - „Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może naliczać odsetki w wysokości w skali roku.
22. **Dotyczy pkt. XV podpunkt 13 ppkt 2 SIWZ Ogólne Warunki Umowy** - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Jednak zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 20% wartości umowy”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - Zamawiający w pakiecie nr 2 poz.1 dopuszcza również igłę o długości 9mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 2.

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 – Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 4 dopuszcza również igłę o długości 17mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 3.

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6 - Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 6 dopuszcza również szew syntetyczny niewchłaniający, jednowłókninowy wykonany z polibutestru, jeżeli spełnia parametry gładkości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 4.

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3 – Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 3 dopuszcza również igłę okrągłą pojedynczą z ostrzem tnącym, $\frac{1}{2}$ koła 40mm pakowaną 5x 75cm.

Ad 5.

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 4 dopuszcza również podwiązkę na rolce o długości 250cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 6.

Dotyczy Pakietu Nr 1 - Zamawiający nie dopuszcza nici wchłaniających, plecionych powlekanych glikonatem o okresie wchłaniania do 90 dni oraz okresie podtrzymywania tkanek min. 28 dni, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 7.

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17 – Zamawiający nie dopuszcza igły laparoskopowej typu narta 26 mm na nitce 20cm, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 8.

Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4 - Zamawiającego dopuszcza również igłę okrągłą z ostrzem tnącym, podwójną, 17mm $\frac{1}{2}$ koła.

Ad 9. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - Zamawiającego dopuszcza podwiązkę o długości 250cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 10.

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14 – Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 14 nie dopuszcza nitki o długości 75cm, parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 11.

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16 - Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 16 nie dopuszcza igły odwrótnie tnącej, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 12.

Dotyczy Pakietu Nr 1 – Zamawiający nie dopuszcza nici o czasie wchłaniania do 80 dni, spełniających wszystkie pozostałe wymogi oraz parametry zestawów szewnych. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4 - Zamawiający w pakiecie 3 nie odstąpi od wymogu zaoferowania igły plastycznej. Parametry jako podano w SIWZ.

Ad 14.

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 17 - Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 1 to Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie lub wykreślenie poz. 17, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 15.

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2 – Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 dopuszcza również igłę o długości 48mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 16.

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3 – Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 3 nie dopuszcza igły o długości 40mm, parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 17.

Dotyczy Pakietu Nr 5 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania ok. 42 dni, parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 18.

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 17 do osobnego Pakietu, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 19.

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6, 8, 11 - Zamawiający dopuszcza również igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 20.

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3 - Zamawiający dopuszcza również igłę pojedynczą.

Ad 21 - 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV ppuncie 11 oraz ppuncie 13 SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a