



.....  
.....

**Znak: AE/ZP-27-78/09**

Tarnów, 2009-08-31

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę kriostatu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 6-** Czy Zamawiający dopuści kriostat wyposażony w mikrotom pracujący w temperaturze roboczej komory?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 7** – Czy Zamawiający dopuści kriostat wyposażony w certyfikowany, bezpieczny system dekontaminacji komory kriostatu promieniami UV umożliwiającą ciągłą bezprzestojową pracę?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 19** – Czy Zamawiający dopuści kriostat bez blokady szyby kriostatu?
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia do 40 dni od dnia podpisania umowy?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

- Ad.1** Zamawiający nie dopuści kriostatu wyposażonego w mikrotom pracujący w temperaturze roboczej komory
- Ad.2** Zamawiający nie dopuści kriostatu wyposażonego w certyfikowany, bezpieczny system dekontaminacji komory kriostatu promieniami UV, umożliwiającą ciągłą bezprzestojową pracę
- Ad.3** Zamawiający nie dopuści kriostatu bez blokady szyby kriostatu.
- Ad.4** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia z 28 dni na 40 dni od daty obowiązywania umowy.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.4, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

**W załączeniu - Załącznik Nr 2 do SIWZ „Wymagane i oferowane parametry techniczne kriostatu”- po modyfikacji w punkcie „Pozostałe wymagania” L.p. 2.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

## Wymagane i oferowane parametry techniczne kriostatu - 1 sztuka

| L.p. | Wymagane parametry funkcjonalne                                                                                                   | Oferowane parametry funkcjonalne<br>(Podać zakres, opisać) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.   | Kriostat półautomatyczny                                                                                                          |                                                            |
| 2.   | Elektryczny system podprowadzania próbki                                                                                          |                                                            |
| 3.   | Cięcie manualne                                                                                                                   |                                                            |
| 4.   | Zasilanie 230 V 50 Hz                                                                                                             |                                                            |
| 5.   | Kriostat dwukompresorowy (dwa niezależne układy chłodnicze)                                                                       |                                                            |
| 6.   | Mechanizm mikrotomu (oprócz głowicy i noża) na zewnątrz komory                                                                    |                                                            |
| 7.   | System dekontaminacji oparty na zastosowaniu par formaliny                                                                        |                                                            |
| 8.   | Dodatkowy stół szybkiego zamrażania preparatów min. do -55°C                                                                      |                                                            |
| 9.   | Zakres regulacji temperatury komory min. od 0 do -35°C                                                                            |                                                            |
| 10.  | Stabilizacja temperatury próbki na głowicy                                                                                        |                                                            |
| 11.  | Automatyczny system rozmrażania komory                                                                                            |                                                            |
| 12.  | Regulacja grubości cięcia min. od 1 do 60 mikrometrów                                                                             |                                                            |
| 13.  | Skok regulacji grubości cięcia w zakresie 1 do 20 mikrometrów co 1 mikrometr, w zakresie od 20 do 60 mikrometrów co 5 mikrometrów |                                                            |
| 14.  | Całkowity wysuw próbki min. 25 mm                                                                                                 |                                                            |
| 15.  | Możliwość trymowania ze skokiem min. 8 mikrometrów                                                                                |                                                            |
| 16.  | System zapobiegający rolowaniu się preparatu                                                                                      |                                                            |
| 17.  | Uchwyt do noży jednorazowych niskoprofilowych                                                                                     |                                                            |
| 18.  | Blokada przed niepożądaną zmianą parametrów                                                                                       |                                                            |
| 19.  | Blokada szyby kriostatu przed otwarciem                                                                                           |                                                            |
| 20.  | Rozsuwane okno do komory podgrzewane                                                                                              |                                                            |

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

|             |                                                                                                                                                      |                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 21.         | Blokada koła cięcia                                                                                                                                  |                             |
| 22.         | Komora wykonana z materiałów odpornych na korozję                                                                                                    |                             |
| 23.         | Komora musi posiadać własne oświetlenie z niezależnym wyłącznikiem                                                                                   |                             |
| 24.         | Wyświetlacz wskazujący aktualne nastawy cięcia, temperaturę pracy i temperaturę próbki                                                               |                             |
| <b>L.p.</b> | <b>Pozostałe wymagania</b>                                                                                                                           | <b>Podać zakres, opisać</b> |
| 1.          | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą urządzenia                                                                                        |                             |
| 2.          | Dostawa urządzenia w terminie do 40 dni od daty obowiązywania umowy                                                                                  |                             |
| 3.          | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego                                                         |                             |
| 4.          | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)               |                             |
| 5.          | Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia                                      |                             |
| 6.          | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. Nie mniej niż jeden przegląd rocznie                                                                        |                             |
| 7.          | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych                                                                 |                             |
| 8.          | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy                                 |                             |
| 9.          | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego |                             |

**Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty