



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-79/09

Tarnów, 2009-09-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę kardiomonitorów przenośnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 6-** Czy Zamawiający dopuści monitory z 96 godzinną pamięcią trendów graficznych i tabelarycznych przy rozdzielczości 1 minuta?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 12** – Czy Zamawiający dopuści monitory z zakresem pomiarowym częstości bezdechu od 10 do 40 s?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 15** – Czy Zamawiający dopuści monitory z zapamiętywaniem w pamięci wszystkich monitorowanych fal i wszystkich wartości liczbowych z okresu 28 godzin, 4 krzywych z okresu 34 godzin, 3 krzywych z okresu 42 godzin, 2 krzywych z okresu 48 godzin oraz przegląd wartości liczbowych poprzez trendy z ostatnich 96 godzin z rozdzielczością 1 minuta?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 5** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością zapamiętania i konfigurowania 3 ekranów przez użytkownika?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z obsługą w języku polskim, przez klawisze szybkiego dostępu i pokrętko wielofunkcyjne?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 11** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka ST z 2 odprowadzeń?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1** Zamawiający dopuści również monitory z 96 godzinną pamięcią trendów graficznych i tabelarycznych przy rozdzielczości 1 minuta.
- Ad.2** Zamawiający dopuści również monitory z zakresem pomiarowym częstości bezdechu od 10 do 40 s
- Ad.3** Zamawiający dopuści również monitory z zapamiętywaniem w pamięci wszystkich monitorowanych fal i wszystkich wartości liczbowych z okresu 28 godzin, 4 krzywych z okresu 34 godzin, 3 krzywych z okresu 42 godzin, 2 krzywych z okresu 48 godzin oraz przeglądem wartości liczbowych poprzez trendy z ostatnich 96 godzin z rozdzielczością 1 minuta.
- Ad.4** Zamawiający dopuści również do przetargu kardiomonitor z możliwością zapamiętania i konfigurowania 3 ekranów przez użytkownika.
- Ad. 5** Zamawiający dopuści również do przetargu kardiomonitor z obsługą w języku polskim, przez klawisze szybkiego dostępu i pokrętko wielofunkcyjne.

Ad. 6 Zamawiający dopuści również do przetargu kardiomonitor z analizą odcinka ST z 2 odprowadzeń.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a