



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-79/09

Tarnów, 2009-09-03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę kardiomonitorów przenośnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 4-** Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 2 poz. 4, zasilanie sieciowe AC 100-240V 50/60Hz?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 11** - Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 2 poz. 11, analizę odcinka ST z wybranego 1 odprowadzenia?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 12** - Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 2 poz. 12, pomiar respiracji (metodą impedancyjną pomiędzy RA-LL) bez możliwości programowego wyboru elektrod do detekcji oddechu?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 13** - Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 2 poz. 13, tętno obwodowe 20-250 bpm?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 punkt 15** - Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 2 poz. 15, zapis na karcie pamięci z rozdzielczością 1 min.?
6. Czy Zamawiający wymaga, aby kardiomonitor posiadał funkcję analizy 17 kategorii zaburzeń rytmu (arytmii)?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający dopuści również w Załączniku nr 2 poz. 4, kardiomonitor z zasilaniem sieciowym AC 100-240V 50/60Hz.
- Ad. 2** Zamawiający dopuści również w Załączniku nr 2 poz. 11, kardiomonitor z analizą odcinka ST z wybranego 1 odprowadzenia.
- Ad. 3** Zamawiający dopuści również w Załączniku nr 2 poz. 12, kardiomonitor z pomiarem respiracji (metodą impedancyjną pomiędzy RA-LL) bez możliwości programowego wyboru elektrod do detekcji oddechu.
- Ad. 4** Zamawiający dopuści również w Załączniku nr 2 poz. 13, tętno obwodowe 20-250 bpm.
- Ad. 5** Zamawiający dopuści również w Załączniku nr 2 poz. 15, kardiomonitor z zapisem na karcie pamięci z rozdzielczością 1 min.
- Ad. 6** Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza kardiomonitor posiadający funkcję analizy 17 kategorii zaburzeń rytmu (arytmii).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a