



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-80/09

Tarnów, 2009-09-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy w pkt 12 (Wymagane i oferowane parametry techniczne) Zamawiający wymaga wszystkich materiałów eksploatacyjnych np. dysków bezpieczeństwa, zakładając ciągłą pracę urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi producenta na okres udzielonej gwarancji? Czy w związku z powyższym należy dołączyć instrukcję obsługi oferowanego urządzenia?
2. Czy urządzenie powinno obsługiwać cewniki światłowodowe do kontrapulsacji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga dostarczenia na okres udzielonej gwarancji wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowej i bezpiecznej pracy pompy, z wyłączeniem cewników do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. Do oferty należy dołączyć instrukcję obsługi oferowanego urządzenia, napisaną w języku polskim.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie urządzenia mogącego obsługiwać cewniki światłowodowe do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.1, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a