



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-82/09

Tarnów, 2009-09-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 17.** Uprzejmie prosimy dopuszczenie możliwości składania ofert w pozycjach: 1, 2, 3 na staplery jednorazowego użytku, okrężne, typ zakrzywiony o wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach (poz. 1 – 25 mm, poz. 2 – 29-31 mm, poz. 3 – 33-34 mm) bez złamanego kowadła, ale posiadające inne równoważne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie kowadła po dokonaniu zespolenia.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na siatki w rozmiarze 8 x 12 cm spełniające pozostałe parametry opisu w SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 2.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na siatki w rozmiarze 20 x 30 cm spełniające pozostałe parametry opisu w SIWZ.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 4.** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na siatki w rozmiarze 8 x 15 cm spełniające pozostałe parametry opisu w SIWZ.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1.** Czy Zamawiający ma na myśli cewniki do krótkiego utrzymywania (tzw. dializy ostrej)?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 2.** Prosimy o wyjaśnienie jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie rozmiaru (F) cewników permanentnych?
7. **Dotyczy ogólnych warunków umowy.** Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala.”
8. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 i 2.** Prosimy o wydłużenie terminu cząstkowej laryngoskopów do 14 dni.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający wymagając laryngoskopu światłowodowego z wbudowanym źródłem światła miał na myśli żarówkę czy światłowod? Źródłem światła w laryngoskopie jest żarówka. Jeśli Zamawiający ma na myśli światłowod to czy dopuści również laryngoskopy z wymiennym światłowodem?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 i 2.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby wszystkie oferowane łyżki światłowodowe były typu Macintosh?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3 i 4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych z 2 naprzemianległymi otworami bocznymi i jednym centralnym? Pozostałe parametry bez zmian.

12. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgłębnik żołądkowy o długości 100 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1.** Czy Zamawiający ma na myśli zestawy do lewatywy sterylne czy niesterylne?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek do wymazów cytologicznych sterylnych, z wykonanych z wysokiej jakości tworzywa medycznego?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga wzierników ginekologicznych w rozmiarach małe (S), duże(L) i średnie (M)?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. § 3 pkt 1 oraz Dyrektywą 93/42/EWG zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ poprzez wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności pozwalające na identyfikację konkretnego wyrobu dopuszczonego do obrotu na terytorium RP?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1.** Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 38 poz. 1 do odrębnego pakietu?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu Nr 17 pozycji 5?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 40cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 9.** Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dwunastniczy o długości 1210 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w ślimak?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści cewniki ze znacznikami głębokości?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3-4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników z otworem centralnym i z 2 otworami bocznymi?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu pediatryczną w rozmiarze uniwersalnym?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.4.** Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych w rozmiarze uniwersalnym?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o przekroju gładkim?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.6-10,17-18.** Czy Zamawiający wyłączy te pozycje do osobnego pakietu?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1.** Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane laryngoskopy? Plastikowe czy metalowe?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.2.** Prosimy o sprecyzowanie typu łyżki.

34. **Dotyczy Pakietu Nr 38 poz.2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wzierników w rozmiarze S,M,L i odstąpienie od rozmiaru XS.
35. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia przez nos o długości 40 cm?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.3.** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze F5 zamiast F4?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 39 poz.4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy biologiczne posiadające szczep bakterii Bacillus Atrophaeus, który zastąpił szczep Bavillus Subtilis? Proponowany produkt jest zgodny z normą ISVO 11138.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz.: 1, 2, 3 staplerów jednorazowego bez łamanego kowadła.
- Ad 2.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 34 poz. 1 siatki w rozmiarze 8 x 12 cm spełniającej pozostałe parametry określone w SIWZ.
- Ad 3.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 34 poz. 2 siatki w rozmiarze 20 x 30 cm spełniającej pozostałe parametry określone w SIWZ.
- Ad 4.** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie Nr 34 poz. 4 siatki w rozmiarze 8 x 15 cm spełniającej pozostałe parametry określone w SIWZ.
- Ad 5.** Zamawiający w Pakiecie Nr 40 poz. 1 ma na myśli cewniki krótkiego utrzymywania (tzw. dializy ostrej), tj. około 30 dni.
- Ad 6.** Zamawiający w Pakiecie nr 40 poz. 2 wymaga cewników permanentnych opisanych w SIWZ, w rozmiarze 15 F.
- Ad 7.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów ogólnych warunków umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
- Ad 8.** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w Pakiecie Nr 20 poz. 1 i 2 do 14 dni.
- Ad 9.** Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz.1 wymaga laryngoskopu światłowodowego składającego się z: rękojeści laryngoskopu z wbudowanym źródłem światła w postaci żarówki ksenonowej oraz w poz. 2 wielorazowych łyżek do laryngoskopu z światłowodem. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek z światłowodem wbudowanym na stałe i wymiennych.
- Ad 10.** Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 i 2 wymaga, aby wszystkie oferowane łyżki były typu MacIntosh.
- Ad 11.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 i 4 cewników do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych z 2 naprzemianległymi otworami bocznymi i jednym centralnym. Pozostałe parametry bez zmian
- Ad 12.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 7 zgłębnika żołądkowego o długości 100 cm. Pozostałe parametry bez zmian
- Ad 13.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 1 niesterylnych zestawów do lewatywy

- Ad 14.** Zamawiający w Pakiecie nr 38 poz. 1 wyraża zgodę na zaoferowanie wyłącznie szczoteczek zgodnych z opisem w SIWZ, tj. niesterylnych szczoteczek do wymazów cytologicznych Cytobrush lub równoważnych, umożliwiających pobranie w rozmazie komórek z szyjki macicy.
- Ad 15.** Zamawiający w Pakiecie nr 38 poz. 2 wymaga wzierników ginekologicznych zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ, tj. wzierników ginekologicznych typ CUSCO, jednorazowego użytku, sterylnych, w rozmiarach: małe (XS i S), średnie (M), duże (L).
- Ad.16-18** Zamawiający żąda zaoferowania w Pakiecie 38 pozycja 1 wymazówek zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.
- Ad.19** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 38 pozycji 1 do odrębnego pakietu.
- Ad 20.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 pozycji 5 do odrębnego pakietu.
- Ad 21.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 7 poz. 1 cewnika do karmienia o długości 40cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad 22.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz.3 cewnik z dwoma otworami bocznymi pod warunkiem, że cewnik posiada również otwór centralny.
- Ad 23.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz. 9 zgłębnik dwunastniczy o długości 1210 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad 24.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 7 poz. 1-2 cewników pakowanych w ślimak.
- Ad 25.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz. 1-2 cewniki ze znacznikami głębokości, pod warunkiem, że będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad 26.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz. 3-4 cewniki z otworem centralnym i z 2 otworami bocznymi.
- Ad 27.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 11 poz.3 masek do podawania tlenu pediatrycznych w rozmiarze uniwersalnym.
- Ad 28.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 11 poz.4 masek do podawania tlenu dla dorosłych w rozmiarze uniwersalnym.
- Ad 29.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 11 poz.5 dren do tlenu o przekroju gładkim, pod warunkiem, że spełnia wymagania odnośnie przepływu tlenu uniemożliwiające zamknięcie przepływu podczas przypadkowego zagięcia drenu, długość zgodna z SIWZ.
- Ad 30.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 15 poz.2 wycenę za opakowanie = 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad 31.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 15 pozycji 6-10 i 17-18 do odrębnego pakietu.
- Ad 32.** Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 20 poz.1 laryngoskopy wykonane były z metalu.
- Ad 33.** Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 20 poz.2 łyżki były typu MacIntosh.
- Ad 34.** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 38 poz.2 wzierników ginekologicznych zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ, tj. wzierników ginekologicznych typ CUSCO, jednorazowego użytku, sterylnych, w rozmiarach: małe (XS i S), średnie (M), duże (L).
- Ad 35.** Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 7 poz.1 cewników do karmienia przez nos o długości 40 cm.
- Ad 36.** Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 7 poz.3 cewniki do odsysania w rozmiarze F5 zamiast F4.
- Ad 37.** Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 39 poz.4 oferty na testy biologiczne posiadające szczep bakterii *Bacillus Atrophaeus*, zgodnych z normą ISO 11138, pod

warunkiem, że spełniają następujące warunki : czas inkubacji 48 godz. w temp. 37 +/- 2 st., pasują do inkubatora firmy 3M, zmieniają wyraźnie i czytelnie kolor pożywki w przypadku wykrycia wzrostu bakterii.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.8, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a