



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-85/09

Tarnów, 2009-10-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy koncentratów do dializ, kapsuł wodorowęglanowych, płynów do hemofiltracji, dializatorów bezwapniowych oraz cytrynianu sodu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 4 – Koncentrat kwaśny z podwyższonym wapniem o zawartości Na-140 mmol/l, K-2,0 mmol/l, Ca-1,75 mmol/l, Mg-0,5 mmol/l.
2. **Dotyczy Pakietu nr 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 – proszek w kapsule wodorowęglanowej 750g. Kapsuła nie wymaga przebijania i jest fabrycznie wyposażona w dwa koreczki zabezpieczające do zamykania kapsuły. Kapsuła winna pasować do aparatów Gambro typu: AK90s, AK95 i AK95s.
3. **Dotyczy Pakietu nr 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w Pakiecie nr 1 koncentratów o następujących składach elektrolitowych:
 - **poz. 2** Na-140; K-4; Ca-1,50; Mg-0,50; Glukoza/1,00 lub Na-138; K-4; Ca-1,25; Mg-0,6; Glukoza/1,00 lub Na-140; K-3; Ca-1,25; Mg-0,5,
 - **poz.3** Na-140; K-1, Ca-1,25; Mg-0,5; Glukoza/1,00
 - **poz. 4** Na-140; K-2; Ca-1,50; Mg-0,5; lub Na-138; K-2; Ca-1,75; Mg-0,5
4. **Dotyczy pakietu nr 2** - Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania i wyceny w Pakiecie nr 2 w/w postępowania kapsuł kompatybilnych i pasujących do wszystkich aparatów firmy Gambro o zawartości 760 g dostarczanych z dwoma korkami zabezpieczającymi do zamykania kapsuł. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu kapsuł nie wymagających przebijania, gdyż opisany typ kapsuł posiada w swojej ofercie tylko jedna firma.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** - dopuszcza również koncentrat kwaśny z podwyższonym wapniem o zawartości Na-140 mmol/l, K-2,0 mmol/l, Ca-1,75 mmol/l, Mg-0,5 mmol/l.



Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również kapsuły o zawartości 750g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający w **Pakiecie nr 1** nie dopuszcza koncentratów kwaśnych o następujących składach elektrolitowych - **poz. 2** Na-140mmol/l; K-4 mmol/l; Ca-1,50 mmol/l; Mg-0,5 mmol/l; Glukoza- 1 mmol/l **lub** Na-138 mmol/l; K-4 mmol/l; Ca-1,25 mmol/l; Mg-0,6 mmol/l; Glukoza- 1 mmol/l **lub** Na -140 mmol/l; K-3 mmol/l; Ca -1,25 mmol/l; Mg-0,5 mmol/l,

-**poz.3** Na-140 mmol/l; K-1 mmol/l, Ca- 1,25 mmol/l; MG-05, mmol/l; Glukoza- 1 mmol/l

-**poz. 4** Na -140 mmol/l; K-2 mmol/l; Ca-1,50 mmol/l; Mg- 0,5 mmol/l; **lub** Na -138 mmol/l; K-2 mmol/l; Ca-1,75 mmol/l; Mg -0,5 mmol/l

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza kapsułek o zawartości 760g. Należy zaoferować kapsułę niewymagającą przebijania , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a