



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-86/09

Tarnów, 2009-10-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę łóżek porodowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 1 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka porodowe o długości 210cm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 3, „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżka porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 55 do 90cm?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 1 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści łóżka porodowe o długości 2108mm?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 8 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści łóżka porodowe nie posiadające pozycji anty-Trendelenburga?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 3 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści łóżka porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 55 do 80cm?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2 „Pozostałe wymagania”**- Czy Zamawiający dopuści dostawę łóżek w terminie do 6 tygodni od daty obowiązywania umowy?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 14 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w segment nożny zdejmowany, z elektryczną regulacją wysokości?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 8 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe bez pozycji anty-Trendelenburga?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający oczekuje by poręcze boczne łóżka porodowego były opuszczane przy użyciu jednej ręki? Czy Zamawiający oczekuje dodatkowo by barierki boczne w pozycji opuszczonej chowały się pod leże?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 11 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka wyposażonego w funkcję CPR, Zamawiający oczekuje by dźwignie, uruchamiające pozycję łóżka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej były łatwo dostępne, zlokalizowane obustronnie i wyraźnie oznaczone napisem CPR ?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający w związku z zaoferowaniem łóżka wyposażonego w podpórki pod stopy, oczekuje również osobnych podkolanników do szycia wykonanych w technologii bezszwowej?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający w związku z wymogiem zaoferowania łóżka wyposażonego w podpórki pod stopy, oczekuje



- również by podpórki pod stopy posiadały elektryczną regulację wysokości, co lepiej pozwala dostosować pozycję pacjentki, w stosunku do jej wzrostu, w trakcie porodu?
13. Czy Zamawiający oczekuje by łóżko wyposażone było w system automatycznego nocnego podświetlania łóżka?
 14. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16 „Wymagane parametry techniczne”**- Czy Zamawiający, w związku z wymogiem przynajmniej dwóch blokowanych kół, oczekuje by łóżko wyposażone było w centralną blokadę kół jazdy na wprost i wokół własnej osi sterowaną z obustronnej dźwigni?
 15. Czy Zamawiający oczekuje by wraz z łóżkiem dostarczony był materac w pokrowcu zmywalnym, paro przepuszczalnym, antyalergicznym, wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, bezszwowym, niepalnym, z wycięciem klinowym w kształcie litery V, o właściwościach przeciwoleżynowych, co zabezpieczy pacjentkę przed powstaniem odleżyn w czasie pobytu na łóżku?
 16. Czy Zamawiający oczekuje by łóżko porodowe było wyposażone w funkcję autokontur, czyli automatyczną elektryczną regulację segmentu siedziska, co zapobiega zsuwaniu się pacjentki w dół w trakcie unoszenia oparcia?
 17. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2 „Pozostałe wymagania”**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy?
 18. **Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2 „Pozostałe wymagania”**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy łóżek porodowych z 28 dni od daty obowiązywania umowy na 90 dni od daty obowiązywania umowy? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu dostawy Zamawiający wyrazi zgodę?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 1 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuści również wysokiej klasy łóżka porodowe o długości 210cm.

Ad. 2 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 3, „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuści również wysokiej klasy łóżka porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 55 do 90cm.

Ad. 3 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuści również łóżka porodowe o długości 2108mm.

Ad. 4 i 8 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 8 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuści również łóżka porodowe nie posiadające pozycji anty-Trendelenburga.

Ad. 5 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 3 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuści również łóżka porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 55 do 80cm.

Ad. 6, 17, 18 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 2 „Pozostałe wymagania”- Zamawiający zmienia wskazany w SIWZ i ogłoszeniu termin dostawy łóżek i wyznacza nowy termin - do dnia 23.12.2009r.

Ad. 7 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 6 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga łóżek porodowych wyposażonych w segment nożny zdejmowany, z elektryczną regulacją wysokości.

Ad. 9 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również łóżko w którym poręcze będą opuszczane przy użyciu jednej ręki. Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści łóżko porodowe, w którym barierki boczne w pozycji opuszczonej będą chowały się pod leże.

Ad.10 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 11 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również dźwignie uruchamiające pozycję łóżka do resuscytacji krążeniowo-oddechowej łatwo dostępne, zlokalizowane obustronnie i wyraźnie oznaczone napisem CPR .

Ad.11 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 4 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający oczekuje wyposażenia łóżka zgodnie z SIWZ (Załącznik Nr 2 punkt 4).

Ad.12 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również łóżko z podpórkami pod stopy posiadającymi elektryczną regulację wysokości.

Ad.13 Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również łóżko wyposażone w system automatycznego nocnego podświetlania łóżka.

Ad.14 Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 16 „Wymagane parametry techniczne”- Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również łóżko wyposażone w centralną blokadę kół jazdy na wprost i wokół własnej osi sterowaną z obustronnej dźwigni.

Ad.15 Zamawiający w Załączniku Nr 2 do SIWZ w kolumnie „Wymagane parametry techniczne” dodaje punkt 17 o treści „Komplet materacy z pokrowcem wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym, powierzchnia materaca odporna na środki dezynfekcyjne”.

Ad.16 Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści również łóżko porodowe wyposażone w funkcję autokontur, czyli automatyczną elektryczną regulację segmentu siedziska.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.15, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **W załączeniu Załącznik Nr 2 – „Wymagane i oferowane parametry techniczne łóżka porodowego - 3 sztuki” po zmianie.**

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.6,17 i 18, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami treści ogłoszenia oraz zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na :

- składanie ofert do dnia 19.10.2009r godz. 10:00
- otwarcie ofert w dniu 19.10.2009r godz. 11:30

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a