



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-88/09

Tarnów, 2009-10-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę komory z nawiewem laminarnym dla Oddziału Noworodków dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia powyżej 28 dni, ale poniżej 50 dni, z uwagi na fakt, iż oferowane urządzenie trzeba będzie wyprodukować, co trwa ok. 45 dni?
2. Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE oferowanego urządzenia do oferty?
3. Czy do oferty należy dołączyć autoryzację producenta dla Wykonawcy, upoważniający go do sprzedaży i serwisowania oferowanego urządzenia na terenie kraju?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było komorą z laminarnym, pionowym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN-EN 12469?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało stabilność przepływu laminarnego dla prędkości $0,4 \text{ m/s} \pm 20\%$?
6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało automatyczną regulację prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów przepływu?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało możliwość ręcznego ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza?
8. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu?
9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego skuteczność odpylania, cząstek $0,3 \mu\text{m}$ i większych, lepszą niż 99,999 % ?
10. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało filtr wstępny i dwa filtry HEPA wg Federal Standard nr 209 E oraz H14 i U15 wg PN – EN 1822 ?
11. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało panel sterowania typu dialogowego w języku polskim?
12. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało funkcję aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (tzw. stand-by) ?
13. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało blokadę wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej?
14. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało licznik czasu pracy komory, oraz licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej?
15. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało wskaźnik prędkości przepływu powietrza?
16. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi powyżej 500 lux ?



17. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało płytę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, podnoszoną, pod płytą taca z zaworem ociekowym?
18. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało przednią szybę unoszoną do poziomu na teleskopach gazowych?
19. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało ścianę tylną gładką ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, malowaną farbami zapobiegającymi refleksom świetlnym, a ściany boczne mają być przeszklone?
20. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało obudowę malowaną gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi?
21. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym < 60 dB (A), z uwagi na komfort pracy ?
22. Czy minimalne doświetlenie komory wynoszące 1200 lux będzie dla Zamawiającego wystarczające?
23. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach wewnętrznych przestrzeni roboczej wynoszących 750x430x480 mm(szer.x gł.x wys.)?
24. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej wyposażoną w mobilną lampę UV?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1.** Zamawiający zmienia wskazany w SIWZ i ogłoszeniu termin dostawy łóżek i wyznacza nowy termin - do dnia 23.12.2009r.
- Ad 2.** Zamawiający nie wymaga dołączenia certyfikatu CE oferowanego urządzenia do oferty wymaga natomiast zgodnie z SIWZ złożenia oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.
- Ad 3.** Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty autoryzacji producenta dla Wykonawcy, upoważniającej go do sprzedaży i serwisowania oferowanego urządzenia na terenie kraju.
- Ad 4.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie było komorą z laminarnym, pionowym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN-EN 12469.
- Ad 5.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało stabilność przepływu laminarnego dla prędkości 0,4 m/s $\pm$ 20%.
- Ad 6.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało automatyczną regulację prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów przepływu.
- Ad 7.** Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia posiadającego sterowanie w trybie ręcznym.
- Ad 8.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu.
- Ad 9.** Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia posiadającego skuteczność odpylania, cząstek 0,3 μ m i większych, lepszą niż 99,999 %.
- Ad 10.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało filtr wstępny i dwa filtry HEPA wg Federal Standard nr 209 E oraz H14 i U15 wg PN – EN 1822.
- Ad 11.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało panel sterowania typu dialogowego w języku polskim.



- Ad 12.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało funkcję aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (tzw. stand-by).
- Ad 13.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało blokadę wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej.
- Ad 14.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało licznik czasu pracy komory, oraz licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej.
- Ad 15.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało wskaźnik prędkości przepływu powietrza.
- Ad 16.** Zamawiający dopuszcza również, aby oferowane urządzenie posiadało oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi powyżej 500 lux.
- Ad 17.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało płytę roboczą wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, podnoszoną, pod płytą taca z zaworem ociekowym.
- Ad 18.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało przednią szybę unoszoną do poziomu na teleskopach gazowych.
- Ad 19.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało ścianę tylną gładką ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, malowaną farbami zapobiegającymi refleksom świetlnym, dopuszcza również ściany boczne przeszklone.
- Ad 20.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało obudowę malowaną gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi.
- Ad 21.** Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane urządzenie posiadało poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym < 60 dB (A).
- Ad 22.** Zamawiający dopuszcza również doświetlenie komory wynoszące 1200 lux.
- Ad 23.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach wewnętrznych przestrzeni roboczej wynoszących 750x430x480 mm(szer.x gł.x wys.).
- Ad 24.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w mobilną lampę UV.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.1, działając na podstawie art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany ogłoszenia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **W załączeniu Załącznik Nr 2 – „Wymagane i oferowane parametry komory z nawiewem laminarnym - 1 sztuka” po zmianie.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a