



Znak: AE/ZP-27-89/09

Tarnów, 2009-10-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę inkubatorów zamkniętych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy ogólnych warunków umowy rozdział XIV pkt. 9a) SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „a) 0,5 % wartości zamówionych urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”, **zapisem:** „a) 0,2 % wartości nie dostarczonych w terminie urządzeń za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenia nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”
2. **Dotyczy ogólnych warunków umowy rozdział XIV pkt. 9 b) SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „b) 5 % wartości zamówionych urządzeń - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości. Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni roboczych”, **zapisem:** „b) 0,2 % wartości niezgodnych z wymaganiami parametrów technicznych urządzeń - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi. Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycja Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni.”
3. **Dotyczy ogólnych warunków umowy rozdział XIV pkt. 14 SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy”, **zapisem:** „W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.”
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy rozdział XIV pkt. 15 SIWZ** - Wnosimy o wykreślenie ww. punktu z projektu umowy.
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy rozdział XIV pkt. 16 SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt.9a, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”, **zapisem:** „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z prawem do naliczenia kary umownej określonej w pkt.9a, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”

6. Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 9- Czy Zamawiający dopuści inkubator o poziomie hałasu we wnętrzu ≤ 47 dB

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-5

Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisów rozdziału XIV SIWZ, „Ogólne warunki umowy”

Ad.6

Zamawiający dopuści inkubator o poziomie hałasu we wnętrzu ≤ 47 dB

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a