



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-94/09

Tarnów, 2009-11-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o określonej wydajności? Jeśli tak, ile litrów na minutę ma wynosić wydajność urządzenia?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia posiadało dokumenty urządzenia medycznego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający w Załączniku Nr 2 do SIWZ w kolumnie „Wymagane parametry techniczne” dodaje punkt 17 o treści „Wydajność urządzenia min. 7 l/godzinę”

Ad.2 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane urządzenie posiadało dokumenty urządzenia medycznego

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.1, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. **W załączeniu Załącznik Nr 2 – „Wymagane i oferowane parametry systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej” po zmianie.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a