



Znak: AE/ZP-27-96/09

Tarnów, 2009-11-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę myjni automatycznej do giętkich wzierników endoskopowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt.19** : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjni z menu w języku angielskim wraz z dołączoną szczegółową instrukcją w języku polskim oraz wyczerpującym szkoleniem personelu?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt.22** Czy Zamawiający dopuści zapis test szczelności endoskopu ręczny?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 2 pkt.25** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania filtr 0,4 mikro?
4. **Dotyczy pkt I Ogólnych Informacji do SIWZ** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „gwarancja i bezpłatny serwis minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomienia urządzenia – Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji wyłącznie uszkodzeń nie wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia?
2. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy XIV pkt 9 a) SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych z wymaganych 0,5% na 0,1% wartości zamówienia urządzeń w punkcie 9 ogólnych warunków umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie dopuści myjni z menu w języku angielskim wraz z dołączoną szczegółową instrukcją w języku polskim oraz wyczerpującym szkoleniem personelu.
- Ad.2** Zamawiający nie dopuści myjni tylko z ręcznym testem szczelności endoskopu.
- Ad.3** Zamawiający dopuści również zestaw filtrów wody (przed myjnią) 5mikro, 1mikro, 0,4 mikro.
- Ad.4** Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące gwarancji zawarte w SIWZ. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji.
- Ad.5** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV.9 a) SIWZ „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a