



Znak: AE/ZP-27-99/09

Tarnów, 2009-11-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę kardiomonitorów przenośnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 6 „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający dopuści 168 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne z odstępami rejestracji trendów od 1 minuty?
2. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 7 „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą pokrętła nawigacyjnego?
3. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 6 „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający dopuści monitory z trendami graficznymi i tabelarycznymi z 120 godzin z rozdzielczością 1 min?
4. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 7 „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, w którym intuicyjnie prosta obsługa odbywa się przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków zewnętrznych?
5. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania modułu pomiaru saturacji, który będzie zapewniał wysoką dokładność pomiaru, tj. przedział 100-80% +/- 2 cyfry i przedział 80-60% +/- 3 cyfry?
6. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”** - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany monitor wyposażony był w moduł saturacji umożliwiający korzystanie z sensorów pulsoksymetrycznych kalibrowanych cyfrowo?
7. **Dotyczy Załącznika 2 poz. 13 „Wymagane parametry techniczne”** - Czy Zamawiający wymaga, aby moduł odpowiadający za pulsoksymetrię był wyposażony w „system inteligentnych alarmów” niwelując alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji?
8. **Dotyczy „Wymagane parametry techniczne”** – Czy Zamawiający będzie wymagał aby zapisane w pamięci kardiomonitora wszystkie krzywe dynamiczne oraz wszystkie dane liczbowe z zakresu min.24 godzin były przenoszone na nośnik pamięci zewnętrznej (np. Pendrive) poprzez wbudowane w kardiomonitorze złącze USB, a następnie przenoszone do komputera użytkownika w celu ich archiwizacji i wydruku?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz.6 -168 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne z odstępami rejestracji trendów od 1 minuty.

Ad. 2

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz.7 kardiomonitor obsługiwany za pomocą pokrętła nawigacyjnego.

Ad. 3

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz.6 monitory z trendami graficznymi i tabelarycznymi z 120 godzin z rozdzielczością 1 min.

Ad. 4

Zamawiający dopuści również w Załączniku Nr 2 poz.7 kardiomonitor, w którym obsługa odbywa się przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków zewnętrznych.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Załączniku Nr 2 poz.13 zaoferowanie modułu pomiaru saturacji, który będzie zapewniał wysoką dokładność pomiaru, tj. przedział 100-80% +/- 2 cyfry i przedział 80-60% +/- 3 cyfry.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Załączniku Nr 2 poz.13 zaoferowanie monitora wyposażonego w moduł saturacji umożliwiający korzystanie z sensorów pulsoksymetrycznych kalibrowanych cyfrowo.

Ad.7

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w Załączniku Nr 2 poz.13 aby moduł odpowiadający za pulsoksymetrię był wyposażony w „system inteligentnych alarmów” niwelujący alarmy przypadkowe w oparciu algorytm analizujący procentowe odchylenie saturacji od ustawionych limitów oraz czas odchylenia saturacji.

Ad.8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a