



AE/ZP-27-02/10

Tarnów, 2010-02-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-02/10

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na **dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty następujących Firm:

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie w:

Pakiecie Nr 1

Cena wybranej oferty: **42.911,28** zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych 28/100), w tym cena netto: **40.104,00** zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto cztery złote 00/100)

EKOMED Sp. z o.o., ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa, woj. mazowieckie w:

Pakiecie Nr 2

Cena wybranej oferty: **7.222,50** zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 50/100), w tym cena netto: **6.750,00** zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	Agfa Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1
II	EKOMED Sp. z o.o., ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 2
III	P.H.U. "M-MED." Jacek Miąkowski - ul. Rynek 18, 39-230 Brzostek, woj. podkarpackie	Pakiet Nr 1
IV	Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, woj. łódzkie	Pakiet Nr 1
V	Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie	Pakiet Nr 1
VI	FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 1

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr I	494,55	494,55
Oferta Nr III	410,75	410,75
Oferta Nr IV	500,00	500,00

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr II	500,00	500,00

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone - sprawa AE/ZP-27-02/10

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na **dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 1** ofertę złożoną przez **Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ oferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1 -6 filmy rtg ogólnodiagnostyczne winny charakteryzować m.in. następującymi parametrami: gęstość optyczna minimalna $D_{min} < 0,22$ i kontrast średni (gradient) $AvGrdnt \geq 2,8 \text{ g/m}^2$, natomiast Wykonawca zaoferował filmy rtg dla których gęstość optyczna minimalna wynosi $D_{min} \leq 0,30$, a kontrast średni (gradient) wynosi $AvGrdnt \geq 2,80 \text{ g/m}^2 \pm 15\%$. Zaoferowane filmy rtg nie spełniają wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w związku z powyższym oferta została odrzucona.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 1** ofertę złożoną przez **FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie** (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.4.2 SIWZ do oferty należało załączyć charakterystykę przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 6, wystawioną przez producenta, zawierającą opis oferowanego przedmiotu zamówienia (jego parametry techniczne wymienione w Załączniku Nr 3 poz. 3 - 9). W załączonej do oferty informacji dotyczącej parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia brak informacji z pkt 6 Załącznika Nr 3, tj. kontrastu średniego (gradientu). Wykonawca nie uzupełnił oferty w wyżej wymienionym zakresie również na wezwanie Zamawiającego. W związku z powyższym oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a