



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-06/10

Tarnów, 2010-03-01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający w opisie dotyczącym czujnika dla noworodków przez opaskę bezklejową rozumie dodatkowy pasek stabilizujący czujnik przymocowany do nóżki noworodka w celu prowadzenia dokładnego pomiaru oraz przeciwdziałania szybkiemu uszkodzeniu przewodu stanowiącego element łączący czujnik z pulsoksymetrem na skutek poruszania i zginania się przewodu?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy czujniki w Pakiecie Nr 6 powinny pracować w technologii OxiMax?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie oddzielnego, dodatkowego pakietu dla pozycji nr 1 z Pakietu Nr 7?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czujniki jednorazowe Novamatrix można podłączyć bezpośrednio tylko do pulsoksymetrów 512 i 513, czujnik jednorazowy do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxyleth 520A, żeby zadziałał jest potrzebny dodatkowy przedłużacz DB-9 SuperBright. Czy Zamawiający życzy sobie od Wykonawcy 15 czujników plus jeden przedłużacz? Czy tylko 15 czujników bo przedłużacz Zamawiający już posiada? Czy komplet 15 czujników i 15 przedłużaczy?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 10.** Czy Zamawiający w pozycjach: 1, 2, 3 dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości zszywki 5,5 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy komora płucząca w cewniku ma być pozbawiona elementów mechanicznych zmniejszając ryzyko przypadkowego przycięcia cewnika?
7. **Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do**
 - a) 0,1 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) 0,1 % wartości zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 W Pakiecie Nr 6 poz. 2 przez opaskę bezklejową Zamawiający rozumie opaskę na zapięcie typu „rzep”.

Ad. 2 Czujniki do pulsoksymetrów oferowane w Pakiecie Nr 6 w poz. 1 mogą, a w poz. 2 winny pracować w technologii OxiMax.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie do z Pakietu Nr 7 poz. 1 do oddzielnego pakietu.

Ad. 4 W Pakiecie Nr 7 poz. 1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy czujników jednorazowych do pulsoksymetru firmy Novamatrix typ Oxyleth 520A kompletu 15 czujników i 15 przedłużaczy, jeżeli przedłużacz jest niezbędny żeby zadziałał pulsoksymetr.

Ad. 5 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 10 w pozycjach: 1, 2, 3 jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, o wysokości zszywki 5,5 mm, pod warunkiem, że oferowane staplery mają łamane kowadła.

Ad. 6 Komora płucząca w cewniku oferowanym w Pakiecie Nr 12 może, ale nie musi być pozbawiona elementów mechanicznych.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy w Pakiecie Nr 7 poz. 1 w następujący sposób: dotychczasowy zapis „...typ Oxyleth 502A ...” zastępuje się „...typ Oxyleth 520A „

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a