



Znak: AE/ZP-27-09/10

Tarnów, 2010-03-16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszań i cementu kostnego, kaniuli do artroskopii barku, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, implantów i narzędzi do złamań okołoprotezowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu protezy jednoprzeciskowej kolana według następujących parametrów:
 - Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr.
 - Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach.
 - Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym, w minimum 7 grubościach. System zapewnia zabezpieczenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego.
 - Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach.
2. **Dotyczy wzoru umowy.** Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do SIWZ, poprzez dodanie zapisów o treści: „Szkolenia:
 - W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
 - Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy
 - Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
 - Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
 - Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
 - Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
 - Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowany, przez Wykonawcę.
 - Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym: nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania poszczególnych szkoleń.



3. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dopuści trzpień protezy w 5 rozmiarach: 115 mm, 120 mm, 125 mm, 130 mm, 135 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dopuści skok rozmiaru głowy co 2 mm zamiast co 4 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 8.** Czy Zamawiający dopuści mocowanie panewki za pomocą podstawy wzmocnionej tytanem oraz 2 śrub tytanowych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe kaniule do artroskopii barku, przeźroczyste, rozmiar 6,1 x 70 mm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe kaniule do artroskopii barku, przeźroczyste, rozmiar 6,1 x 85 mm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kotwicę tytanową samogwintującą (wkręcaną), o średnicy 3 mm, zaopatrzona w szew niewchłaniany poliestrowy, pleciony oraz jednorazowy aplikator?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 również protezy jednoprzeciałowej kolana według następujących parametrów:

- Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr.
- Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach.
- Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym, w minimum 7 grubościach. System zapewnia zabezpieczenie obu przedziałów, przysrodkowego i pobocznego.
- Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. W Załącznikach 6.1 – 6.8 wyraźnie określono „Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia”, co nie stoi na przeszkodzie aby na koniec szkolenia podpisać stosowny np. protokół - jeżeli Wykonawca zażyczy sobie takiego.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 również endoprotezy całkowitej stawu ramiennego z trzpieniem w 5 rozmiarach: 115 mm, 120 mm, 125 mm, 130 mm, 135 mm.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 również endoprotezy całkowitej stawu ramiennego z głową w rozmiarach o skoku co 2 mm.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 również endoprotezy całkowitej stawu ramiennego z panewką mocowaną za pomocą podstawy wzmocnionej tytanem oraz 2 śrub tytanowych.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 1 również jednorazowych kaniul do artroskopii barku, przeźroczystych, rozmiar 6,1 x 70 mm.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 poz. 2 również jednorazowych kaniul do artroskopii barku, przeźroczystych, rozmiar 6,1 x 85 mm.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 również kotwicy tytanowej samogwintującej (wkręcanej), o średnicy 3 mm, zaopatrzonej w szew niewchłaniany poliestrowy, pleciony oraz jednorazowy aplikator.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a