



Znak: AE/ZP-27-09/10

Tarnów, 2010-03-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszań i cementu kostnego, kaniuli do artroskopii barku, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, implantów i narzędzi do złamań okołoprotezowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie kotwicy wkręcanej, tytanowej o wzmocnionej nici, na podajniku jednorazowym o średnicy 3 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie linek o średnicy 1,6 mm i 2,0 mm, plecionych z 49 drutów chromowo-kobaltowych?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie płyt kompresyjnych: 5, 7, 9, 11 otworowych, z nacięciami do linek: 6, 8, 10, 12 nacięć, o długościach: 110 mm – 310 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 również kotwicy wkręcanej, tytanowej o wzmocnionej nici, na podajniku jednorazowym o średnicy 3 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 poz. 1 linek o średnicy 1,6 mm i 2,0 mm, plecionych z 49 drutów chromowo-kobaltowych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 poz. 2 płyt kompresyjnych: 5, 7, 9, 11 otworowych, z nacięciami do linek: 6, 8, 10, 12 nacięć, o długościach: 110 mm – 310 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a