



Znak: AE/ZP-27-17/10

Tarnów, 2010-03-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy wyposażony w leże w formie wanny spełniającej również funkcję materaca? Wanna wykonana jest z płyty oraz miękkiej okładziny pokrytej PCV.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją wysokości wieszaka (miejsca zaczepu siedziska lub leżyska) w zakresie 74 – 198 cm.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją wysokości wieszaka (miejsca zaczepu siedziska lub leżyska) w zakresie 76 – 189 cm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy spełniający wymagania Zamawiającego, ale posiadający elektryczną regulację wysokości w zakresie 56 – 103 cm za pomocą pilota?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści elektryczną szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej spełniającą wymagania Zamawiającego, ale z regulacją prędkości od 1 do 5 (45⁰ do 155⁰ na minutę) oraz regulacją czasu trwania ćwiczeń bez ograniczeń?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści podnośnik z zakresem podnoszenia siedziska do 120 cm.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2.** Czy Zamawiający dopuści podnośnik z zakresem podnoszenia siedziska do 110 cm.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 również wózka transportowo-kąpielowego wyposażonego w leże w formie wanny (wykonanej z płyty oraz miękkiej okładziny pokrytej PCV) spełniającej również funkcję materaca.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również podnośnika z regulacją wysokości wieszaka (miejsca zaczepu siedziska lub leżyska) w zakresie 74 – 198 cm pod warunkiem spełniania wymogów określonych przez Zamawiającego w Załączniku 6.2 do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych dopuszczeń będących odpowiedzią na zapytania do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również podnośnika z regulacją wysokości wieszaka (miejsca zaczepu siedziska lub leżyska) w zakresie 76 – 189 cm pod warunkiem spełniania wymogów określonych przez Zamawiającego w Załączniku 6.3 do SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych dopuszczeń będących odpowiedzią na zapytania do SIWZ.

Ad 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również wózka transportowo-kąpielowego spełniający wymagania określone w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ, ale posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie 56 – 103 cm za pomocą pilota.



Ad. 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 również elektrycznej szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej spełniającej wymagania Zamawiającego ale z regulacją prędkości od 1 do 5 (45^0 do 155^0 na minutę) oraz regulacją czasu trwania ćwiczeń bez ograniczeń

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również podnośnika z zakresem podnoszenia siedziska na wysokość do 120 cm, pod warunkiem że siedzisko można opuścić na wysokość 55 cm lub niżej.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również podnośnika z zakresem podnoszenia siedziska na wysokość do 110 cm, pod warunkiem że siedzisko można opuścić na wysokość 55 cm lub niżej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a