



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-21 /10

Tarnów, 2010-04-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę myjni automatycznej do giętkich wzierników endoskopowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy zapisów SIWZ pkt I- Informacje ogólne** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wyspecyfikowanego zapisu w następujący sposób: „gwarancja i bezpłatny serwis minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia – Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji wyłącznie uszkodzeń nie wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia”.
2. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy Punkt XIV SIWZ, punkt 9a) oraz b)-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia wysokości kar umownych do 0,1 %?
3. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy Punkt XIV SIWZ, punkt 13** - Czy Zamawiający wyrazi z zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 20% na 10 % ?
4. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy Punkt XIV SIWZ, punkt 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 10 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”.
5. **Dotyczy Załącznika nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne, „Pozostałe Wymagania” punkt 30** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie czasu reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia z 7 dni do maksymalnie 14 dni roboczych?
6. **Dotyczy Załącznika nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne, „Pozostałe Wymagania” punkt 32** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych?
7. **Dotyczy Załącznika nr 6 punkt 19** – Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu i monitorowania drożności całego procesu z miernikiem czasu - proszę o wyjaśnienie powyższego punktu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt.I SIWZ o treści : „gwarancja i bezpłatny serwis minimum 24 miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia”.

W tym zakresie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.



Ad.2

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XIV ppkt.9 a) i b) - Ogólne warunki umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie :

„9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,2 % wartości zamówionego urządzenia za każdy dzień zwłoki, jeżeli urządzenie nie zostało dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

b) 3 % wartości zamówionego urządzenia - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.

Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni roboczych”.

Ad.3

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XIV ppkt.13 - Ogólne warunki umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie : „13. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto”.

Ad.4

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XIV ppkt.15 - Ogólne warunki umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie : „15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu urządzeń o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 10 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt.30 Załącznika nr 6 do SIWZ o treści : „Gwarantowany czas reakcji od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 7 dni roboczych”.

Ad.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt.32 Załącznika nr 6 do SIWZ o treści : „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego ”.

Ad.7

Zamawiający poprzez sformułowanie zawarte w pkt 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ o treści : „....monitorowania drożności całego procesu.....” rozumie, iż urządzenie (myjka) kontroluje przez cały cykl mycia i dezynfekcji drożność wszystkich mytych i dezynfekowanych kanałów endoskopu.

W związku z odpowiedzią udzieloną w punkcie Ad.2, 3 i 4, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a