



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27/10

Tarnów, 2010-05-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dzierżawę analizatora hematologicznego 5 diff i 2 analizatorów do badań gazometrycznych i jonów: sodu, potasu i wapnia zjonizowanego wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów: wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do wymienionych badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, w którym pomiar leukocytów odbywa się w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, gdzie materiał genetyczny leukocytów jest automatycznie wybarwiany barwnikiem fluorescencyjnym przed pomiarem?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff, gdzie monitorowany jest poziom odczynników w czasie rzeczywistym, natomiast nie ma monitorowania poziomu zlewek?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli międzynarodowej do analizatora hematologicznego, która jest kontrolą opartą o materiał wewnątrzlaboratoryjny, jest kontrolą on-line, a jej wyniki są dostępne po chwili od wykonania kontroli?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Ze względu na dużą ilość dodatkowego wyposażenia analizatora hematologicznego, czy Zamawiający dopuści dostarczenie i zainstalowanie sprzętu do 4 tygodni od daty podpisania umowy?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający zamiennie za zaoferowanie odczynników i serwisu do analizatora CellDyn, który jest własnością Zamawiającego dopuści zaoferowanie dzierżawy analizatora 3-diff producenta analizatora 5 diff wraz z odczynnikami potrzebnymi do wykonania 40000 oznaczeń i kontroli zgodnie z wymaganiami Zamawiającego? Czy Zamawiający zgodzi się w związku z tym na zmodyfikowanie tabeli cenowej o dodatkowy analizator 3 diff i dzierżawę oraz odczynniki do niego?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny 5 diff miał możliwość oznaczania retikulocytów. Czy Zamawiający może podać jaka jest przewidywana liczba oznaczeń retikulocytów w podanym okresie czasu?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator hematologiczny poza możliwością oznaczania leukocytów miał możliwość oznaczania płytek metodą impedancyjną i optyczną?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 diff, w którym oznaczanie WBC odbywa się w oparciu o metodę optyczną?



9. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego, który dokonuje pomiaru przy wykorzystaniu technologii DHSS opartej na cytometrii przepływowej oraz cytochemii?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również analizatora hematologicznego, w którym pomiar leukocytów odbywa się w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, gdzie materiał genetyczny leukocytów jest automatycznie wybarwiany barwnikiem fluorescencyjnym przed pomiarem.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również analizatora hematologicznego 5 diff, gdzie monitorowany jest poziom odczynników w czasie rzeczywistym, natomiast nie ma monitorowania poziomu zlewek.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również kontroli międzynarodowej do analizatora hematologicznego, która jest kontrolą opartą o materiał wewnątrzlaboratoryjny, jest kontrolą on-line, a jej wyniki są dostępne po chwili od wykonania kontroli.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie analizatora oferowanego w Pakiecie Nr 1 wraz z dodatkowym wyposażeniem do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 1 również zamiennie za odczynniki i serwis do analizatora CellDyn, który jest własnością Zamawiającego zaoferowanie dzierżawy analizatora 3-diff producenta analizatora 5 diff wraz z odczynnikami potrzebnymi do wykonania 40000 oznaczeń i kontroli zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W takiej sytuacji należy dodać odpowiednie pozycje w Formularzu Cenowym.

Ad. 6 Zamawiający przewiduje wykonanie około 800 oznaczeń retikulocytów w okresie 24 miesięcy.

Ad. 7 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowany w Pakiecie Nr 1 analizator hematologiczny poza możliwością oznaczania leukocytów miał możliwość oznaczania płytek metodą impedancyjną i optyczną.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również analizatora hematologicznego 5 diff, w którym oznaczanie WBC odbywa się w oparciu o metodę optyczną.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również analizatora hematologicznego, który dokonuje pomiaru przy wykorzystaniu technologii DHSS opartej na cytometrii przepływowej oraz cytochemii.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a