



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-29/10

Tarnów, 2010-04-30

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych 4,5 częściowo gwintowanych o parametrach:
 - L – 24, B – 12 mm
 - L – 26, B – 12 mm
 - L – 28, B – 12 mm
 - L – 30, B – 12 mm
 - L – 35, B – 12 mm
 - L – 40, B – 12 mm
 - L – 45, B – 12 mm
 - L – 50, B – 12 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B – 12 mm zamiast wymaganych długości dla długości wkrętów L: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B-15 mm zamiast 14 mm dla wkręta L: 42 i 44 mm, B – 16 mm zamiast 15 mm dla wkręta L – 50 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie implantów typu EZLoc: EZLoc tytanowe mocowanie udowe: implant ze stopu tytanu wykonany w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła, wyposażony w zapadkę blokującą się w kanale udowym na kości korowej. Wprowadzany wzdłuż kanału udowego. Implant zapakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym. Średnica 7/8 mm i 9/10, długość: 7, 12 i 22 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów kaniulowanych fi 4,5 mm o wymaganych w SIWZ długościach całkowitych L, lecz innych długościach części gwintowanej B przyjętej przez danego producenta, tj. dla L od 24 mm do 46 mm B – 12 mm, dla L – 48 mm B – 16?
7. **Dotyczy Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów z gniazdami sześciokątnymi zamiast krzyżowymi?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów łódkowatych fi 4,0 mm o wymaganych w SIWZ długościach L, lecz innych



długościach części gwintowanej B przyjętej przez danego producenta, tj. dla L od 28 mm do 34 mm B – 14 mm, dla L – 50 mm B – 16 mm?

9. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 1, 2, 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek z oddzielnymi otworami kompresyjnymi (pod śruby korowe) oraz blokowymi posiadającymi oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową (pod śruby blokowane z gwintowanymi głowami) zamiast płytek z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek o długości 101 mm zamiast 90 mm przy zachowaniu wymaganej ilości 3 otworów?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek 4 otworowych o długości 116 mm zamiast płytek 5 otworowych o długości 114 mm?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek 6, 8, 9 otworowych o długości od 150 mm do 195 mm zamiast 6, 8 i 10 otworowych?
13. **Dotyczy ogólnych warunków umowy: pkt. 3.** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, do których pakietów wymaga użyczenia instrumentarium?
14. **Dotyczy ogólnych warunków umowy: pkt. 3.** Czy z uwagi na niewielkie ilości asortymentu Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium?
15. **Dotyczy ogólnych warunków umowy: pkt. 10.** Czy Zamawiający doda w pkt. 10 zapis, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy: pkt. 15.** Czy Zamawiający dookreśli w pkt. 15, że Dostawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy kosztem zakupu u innego Dostawcy, a ceną zaoferowaną przez Dostawcę w umowie?
17. **Dotyczy wzoru umowy.** Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do SIWZ, poprzez dodanie zapisów o treści: „Szkolenia:
 - W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
 - Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy
 - Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
 - Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
 - Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowany, przez Wykonawcę.
- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym: nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania poszczególnych szkoleń.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 również wkrętów kaniulowanych 4,5 częściowo gwintowanych o parametrach:

- L – 24, B – 12 mm
- L – 26, B – 12 mm
- L – 28, B – 12 mm
- L – 30, B – 12 mm
- L – 35, B – 12 mm
- L – 40, B – 12 mm
- L – 45, B – 12 mm
- L – 50, B – 12 mm

Ad. 2 Zamawiający wymagał w Pakiecie Nr 3 poz. 1 wkrętów do kości łódkowatej między innymi o długości wkrętów L: 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm i długością gwintu B – 12 mm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 również wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu B-15 mm zamiast 14 mm dla wkręta L: 42 i 44 mm, B – 16 mm zamiast 15 mm dla wkręta L – 50 mm.

Ad. 4 Zamawiający zgodnie z wymaganiami SIWZ żąda zaoferowania implantów dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami), które to dokumenty przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 również implantów typu EZLoc: EZLoc tytanowe mocowanie udowe: implant ze stopu tytanu wykonany w kształcie tulei z podłużnym uchwytem pozwalającym na przewieszenie więzadła, wyposażony w zapadkę blokującą się w kanale udowym na kości korowej. Wprowadzany wzdłuż kanału udowego. Implant zapakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym. Średnica 7/8 mm i 9/10, długość: 7, 12 i 22 mm.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 również wkrętów kaniulowanych fi 4,5 mm o wymaganych w SIWZ długościach całkowitych L, lecz innych długościach części gwintowanej B przyjętej przez danego producenta, tj. dla L od 24 mm do 46 mm B – 12 mm, dla L – 48 mm B – 16.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakietach Nr: 2, 3, 4, 5 również wkrętów z gniazdami sześciokątnymi zamiast krzyżowymi.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 3 również wkrętów łódkowatych fi 4,0 mm o wymaganych w SIWZ długościach L, lecz innych długościach części gwintowanej

B przyjętej przez danego producenta, tj. dla L od 28 mm do 34 mm B – 14 mm, dla L – 50 mm B – 16 mm.

Ad 9 – 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 10 poz.: 1, 2, 4 płytek o innych parametrach niż określono w Załączniku Nr 1 SIWZ.

Ad 13 - 14 Zamawiający wymaga instrumentarium na okres obowiązywania umowy w Pakietach Nr: 7, 9, 11, natomiast w Pakiecie Nr 10 na czas trwania zabiegu.

Ad 16 - 16 Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, co nie stoi na przeszkodzie aby w przypadku przeprowadzenia szkolenia podpisać stosowny np. protokół - jeżeli Wykonawca zażyczy sobie takiego.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w: pkt IV.5.3, XIV.3 SIWZ oraz w pkt 3 Druku Oświadczeń stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ w następujący sposób: dotychczasowy zapis „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, jeżeli jest niezbędne, odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres obowiązywania umowy” zastępuje się „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w Pakietach Nr: 7, 9, 11 na okres obowiązywania umowy , natomiast w Pakiecie Nr 10 na czas trwania zabiegu odpowiednie instrumentarium (posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania)”.

W związku z powyższą zmianą wprowadzoną do zapisów SIWZ, działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

W Załączeniu Druk Oświadczeń – Załącznik Nr 4 do SWIZ po modyfikacji

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a