



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-32/10

Tarnów, 2010-05-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu oraz urządzeń do wyposażenia Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14.** Czy Zamawiający zaakceptuje kosze do sterylizacji o wymiarach: 100 x 100 x 100 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14.** Czy Zamawiający zaakceptuje kosze do sterylizacji o wymiarach: 150 x 150 x 150 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Jaka jest wymagana wysokość wózków?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 - 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 koszy do sterylizacji zarówno o wymiarach 100 x 100 x 100 mm jak i 150 x 150 x 150 mm, ponieważ kosze w pozycji 1 winny mieć pojemność 1 jednostki STE a w poz. 2 - 1/2 jednostki STE

Ad. 3 Wózki oferowane w Pakiecie Nr 9 winny mieć pojemność 6 jednostek sterylizacyjnych, przy maksymalnej wysokości wózków razem z kołami nie większej niż 1500 mm i minimalnej wysokość pojemnika wózka (bez kół) 1100 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a