



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-32/10

Tarnów, 2010-05-06

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu oraz urządzeń do wyposażenia Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy pod pojęciem kosze sterylizacyjne ma na myśli tace druciane czy też raczej chodzi o kontenery sterylizacyjne?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy nie zaszła omyłka pisarska w podaniu wymiarów kontenera sterylizacyjnego i czy powinno być 285x280x130?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 14 Załącznik 6.1 pkt 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie metalowych kontenerów sterylizacyjnych wykonanych z aluminium zamiast ze stali nierdzewnej?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 14 Załącznik 6.1 pkt 1.** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jakie kwasy ma być odporna stal nierdzewna z której to mają być wykonane kosze sterylizacyjne lub prosimy o wskazanie zakresu pH?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 14 Załącznik 6.1 pkt 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 28 dni na 40 dni?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 14 Załącznik 6.1 pkt 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12-miesięczny okres gwarancyjny oraz bezpłatny serwis zamiast 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy narzędziowej bez uchwyty, zgodnej z pozostałymi wymaganiami zawartymi w SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Czy Zamawiający dopuści mobilne stanowisko do zgrzewania o wymiarach blatu 1200 x 800 x 900 mm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przyklepne bez wskaźnika procesu z 6 miejscami informacyjnymi na zapisanie takich informacji jak:
 - w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu
 - w drugim rzędzie – datę sterylizacji
 - w rzędzie trzecim – datę ważnościzapisy na etykietach w języku polskim, przy pomocy metkownicy trzyczęściowej alfanumerycznej z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki na materiał brudny wykonane ze stali kwasoodpornej posiadały pokrywę z silikonową uszczelką szczelnie zamykaną na dwa zamknięcia klamrowe z możliwością plombowania i posiadały uchwyty na tabliczki adresowe?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 13.** Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał brudny wykonane ze stali kwasoodpornej o wymiarach 600 x 300x 210 mm, których wymiary są zgodne 1 jednostką Sterylizacyjną opisaną w normie PN-EN 285 oraz PN-EN 868-8?

12. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści kosze sterylizacyjne o wymiarach 590 x 280x 255 mm, których wymiary są zgodne 1 Jednostką Sterylizacyjną opisaną w normie PN-EN 285?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kosze sterylizacyjne o wymiarach 590 x 280x 135 mm, których wymiary są zgodne 1/2 Jednostki Sterylizacyjną opisaną w normie PN-EN 285?
14. **Dotyczy pkt XIV.9 b) SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 5% na 1%?
15. **Dotyczy pkt XIV.13 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 20% na 10%?
16. **Dotyczy pkt XIV.9 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dookreśli, iż termin będzie liczony od dnia przesłania pisma wraz z reklamowanym towarem?
17. **Dotyczy pkt XIV.15 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający doda zapis, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 14 koszy sterylizacyjnych, które przeznaczone są do transportu, magazynowania i sterylizacji pakietów z bielizną operacyjną, tac z zestawami narzędzi, pakietów opatrunkowych itp. Nie są to kontenery ani tace narzędziowe. Kosze wykonane winny być z siatki drucianej o dużych oczkach.

Ad.2 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 14 poz. 2 koszy sterylizacyjnych, a nie kontenerów, a ponadto w opisie wymiarów nie zaszła omyłka, kosz winien mieć wymiary 575x280x260 mm, co stanowi 1/2 Jednostki Sterylizacyjnej.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 kontenerów sterylizacyjnych zamiast koszy i nie wyraża zgody aby kosze wykonane były z aluminium zamiast wymaganej stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Ad 4 Zamawiający określił w Załączniku Nr 6.1, że kosze sterylizacyjne oferowane w Pakiecie nr 14 winny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, nie gorszej niż OH18N9 (AISI 304). Kosze sterylizacyjne w procesie sterylizacji oraz mycia maszynowego poddawane są działaniu środków chemicznych stosowanych do dezynfekcji chemicznej (m.in. aldehydów) oraz środków myjących enzymatycznych i alkalicznych (pH roztworu >10), a także działanie pary wodnej pod ciśnieniem oraz tlenu etylenu.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu dostawy powyżej 28 dni w żadnym Pakiecie.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgodny na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy na przedmiot zamówienia oferowany w Pakiecie Nr 14, zgodnie z wymogami SIWZ okres gwarancji winien wynosić 24 miesiące.

Ad. 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 również tacy narzędziowej bez uchwytów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 mobilnego stanowiska do zgrzewania również o wymiarach 1200 x 800 x 900 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 3 etykiet dwukrotnie przylepne bez wskaźnika procesu z 6 miejscami informacyjnymi na zapisanie takich informacji jak: w rzędzie pierwszym – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w drugim rzędzie – datę sterylizacji, w rzędzie trzecim – datę ważności, zapisy

na etykietach w języku polskim, przy pomocy metkownicy alfanumerycznej z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, pod warunkiem, że na etykietach pola do wpisywania informacji są podpisane w języku polskim, tj. znajdują się tam napisy: „data sterylizacji”, „data ważności”, „nr sterylizatora”, „nr cyklu”, itp.

Ad. 10 Zamawiający nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 13 pojemniki na materiał brudny wykonane ze stali kwasoodpornej posiadały pokrywę z silikonową uszczelką szczelnie zamykaną na dwa zamknięcia klamrowe z możliwością plombowania i posiadały uchwyty na tabliczki adresowe.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 13 pojemników na brudny materiał wykonanych ze stali kwasoodpornej o wymiarach 600 x 300x 210 mm, pojemniki winny mieć wymiary określone w SIWZ.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1 również koszy sterylizacyjnych o wymiarach 590 x 280x 255 mm.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 2 również koszy sterylizacyjnych o wymiarach 590 x 280x 135 mm.

Ad. 14 – 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy (pkt XIV SIWZ), w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a