



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-33/10

Tarnów, 2010-05-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dzierżawę: analizatora do oznaczeń immunochemicznych, systemu do automatycznej analizy moczu, glukometrów wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 6.2 – Dzierżawa systemu automatycznej analizy moczu wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań, pkt 19 dopuści paski o czułości dla glukozy 50 mg/dl?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** W celu prawidłowego skalkulowania oferty zwracamy się z prośbą o podanie ilości poziomów oraz częstotliwości wykonania badań kontrolnych dla każdego z testów immunochemicznych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pasków o czułości dla glukozy 50 mg/dl, czułość dla glukozy winna być zgodna z zapisem w Załączniku 6.2 do SIWZ pkt 19.

Ad. 2 Zamawiający wyjaśnia iż, wykonywanie badań kontrolnych dla każdego z testów immunochemicznych ujętych w Pakiecie Nr 1 odbywać się będzie z częstotliwością:

- Anty HBs - 1 raz w tygodniu pełna kontrola
- Anty HCV - 5 razy w tygodniu pełna kontrola
- HBsAg - 5 razy w tygodniu pełna kontrola
- HIV Combo (Ag/Ab) - 1 raz w tygodniu pełna kontrola
- Toxo IgG - 1 raz w tygodniu pełna kontrola
- Toxo IgM - 1 raz w tygodniu pełna kontrola

przy podanej w Formularz Cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) ilości badań w okresie 24 miesięcy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

