



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-33/10

Tarnów, 2010-05-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dzierżawę: analizatora do oznaczeń immunochemicznych, systemu do automatycznej analizy moczu, glukometrów wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt IV.2.2 SIWZ.** Zamawiający wymaga, w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków – wykazu wykonanych dostaw w tym „co najmniej 1 dostawę związaną z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalną do przedmiotu zamówienia”; ponieważ poszerzamy działalność naszej firmy o analizatory laboratoryjne w tym roku nie posiadamy jeszcze dostawy związanej z przedmiotem zamówienia dot. Pakietu nr 2 w związku z tym mamy pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykaz wykonanych dostaw innego sprzętu medycznego odpowiadający wartości Pakietu Nr 2 i zrealizowanych przez naszą firmę do jednostek służby zdrowia potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 6.2 dot. wymaganych parametrów do Pakietu nr 2 w pkt 6 zezwoli na złożenie oferty na analizator posiadający duży kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny lecz nie dotykowy, obsługa menu przyciskami pod ekranem?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 6.2 dot. wymaganych parametrów do Pakietu nr 2 w pkt 10 zezwoli na złożenie oferty na analizator o pamięci kontroli jakości minimum 200 wyników? Jednocześnie nasz analizator posiada dużo większą pamięć badanych próbek
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 6.2 dot. wymaganych parametrów do Pakietu nr 2 w pkt 20 zezwoli na złożenie oferty na analizator posiadający wymagania co do minimalnej objętości próbki moczu 2 ml?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający w Załączniku Nr 6.2 dot. wymaganych parametrów do Pakietu nr 2 w pkt 21 dopuści inny związek chemiczny zastosowany w paskach do moczu dezaktywujący kwas askorbinowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zgodnie art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 analizatora posiadającego duży kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny lecz nie dotykowy, obsługa menu przyciskami pod ekranem. Zgodnie z wymaganiami SIWZ Załącznik Nr 6.2 pkt 6 - analizator winien mieć dotykowy ekran ciekłokrystaliczny

Ad. 3 Wymóg dotyczący pamięci kontroli jakości dla analizatora oferowanego w Pakiecie Zamawiający określił w Załączniku Nr 6.2 pkt 11, a nie 10. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o pamięci kontroli jakości minimum 200 wyników.

Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 analizatora posiadającego wymagania co do minimalnej objętości próbki moczu 2 ml.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 pasków do moczu, w których zastosowano inny niż jodek sodowy, związek chemiczny dezaktywujący kwas askorbinowy

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a