



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-33/10

Tarnów, 2010-05-26

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dzierżawę: analizatora do oznaczeń immunochemicznych, systemu do automatycznej analizy moczu, glukometrów wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?**
"Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
 - numeru katalogowego produktu
 - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
 - sposobu konfekcjonowania
 - liczby opakowań
 - wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonolony
 - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności do 100 oznaczeń na godzinę?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy do liczby oznaczeń podanej w Załączniku Nr 1 do SIWZ należy doliczyć liczbę testów niezbędną do wykonania kalibracji i kontroli zgodnej z zaleceniami producenta
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy wszystkie oznaczenia podane w Załączniku będą wykonywane codziennie tj. 7 dni w tygodniu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wprowadza zaproponowanych zmian do ogólnych warunków umowy ponieważ zapisy te są zawarte w SIWZ pkt XV.16.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania w Pakiecie Nr 1 analizatora o wydajności minimum 100 analiz na godzinę.



Ad. 3 i 4 Do liczby badań w Pakiecie Nr 1 podanej w Załączniku Nr 1 do SIWZ należy doliczyć liczbę testów niezbędną do wykonania kontroli zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 20 maja br. – Ad. 2, natomiast kalibracje będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i również należy je uwzględnić w liczbie oferowanych testów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

