



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-37/10

Tarnów, 2010-05-31

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora ICD CRT-D z algorytmami różnicującymi częstoskurcz komorowy od nadkomorowego tj. SMART, Onset, Stability, Sustained VT?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 również kardiowertera-defibrylatora ICD CRT-D z algorytmami różnicującymi częstoskurcz komorowy od nadkomorowego tj. SMART, Onset, Stability, Sustained VT.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 poz. 3 w następujący sposób: dotychczasowy zapis „Introduktory do wprowadzania elektrod do komory/przedsionka oraz zatoki wieńcowej, rozmiary od 8F do 10F” zastępuje się „Introduktory do wprowadzania elektrod do komory/przedsionka oraz zatoki wieńcowej - wg Katalogu Firmy”.

W Załączeniu Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SWIZ po modyfikacji

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a