



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-37/10

Tarnów, 2010-06-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 Załącznik Nr 6.4 pkt 6.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwania w kanale komorowym?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2 Załącznik Nr 6.6 pkt 8.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwania w kanale komorowym?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Proszę o doprecyzowanie ile elektrod stymulujących, a ile defibrylujących przewidział Zamawiający do skalkulowania w tym punkcie?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy z możliwością programowania zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym za pomocą 4 parametrów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 również kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwania w kanale komorowym.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 również kardiowertera-defibrylatora dwujamowego, który posiada 3 programowalne parametry wyczuwania w kanale komorowym.

Ad. 3 W Pakiecie Nr 4 poz. 4 Zamawiający przewiduje zakup 10 szt. elektrod stymulujących i 10 szt. elektrod defibrylujących, przy czym faktyczna realizacji zamówień będzie przebiegać zgodnie z zapisami aktualnie przedstawionymi w Ogólnych warunkach umowy - pkt XV SIWZ.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 również kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych z możliwością programowania zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym za pomocą 4 parametrów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a