



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/10

Tarnów, 2010-06-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm, lecz bez rozmiaru 2,75 mm oraz 5,0 mm, o ciśnieniu nominalnym wynoszącym 8 atm, spełniających pozostałe wymagania?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 21.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm, lecz bez rozmiaru 1,2 i 2,75, spełniających pozostałe wymagania?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 25.** Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów kobaltowo-chromowych o długościach: 9 – 13 – 15 – 19 – 23 – 27 dla średnicy 3,0, średnice 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 spełniających pozostałe wymagania?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm, lecz bez rozmiaru 2,75 mm oraz 5,0 mm, o ciśnieniu nominalnym wynoszącym 8 atm.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 cewników balonowych o średnicach 1,5 – 4,5 mm, lecz bez rozmiaru 1,2 i 2,75.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 stentów kobaltowo-chromowych tylko w 6 długościach: 9 – 13 – 15 – 19 – 23 – 27 dla średnicy 3,0.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

