



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/10

Tarnów, 2010-06-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy pkt XV.1 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw awaryjnych do 72 godzin.
- Dotyczy pkt XV.8 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do:
„a) 0,1 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) 0,1 % wartości zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.”
- Dotyczy pkt XV.15 SIWZ Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu:
„Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.” na następujący:
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”
- Dotyczy Pakietu Nr 20.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 „Cewnik balonowy angioplastyczny do zabiegów pilnych” cewnika o ciśnieniu nominalnym 8 bar średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?
- Dotyczy Pakietu Nr 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 „Cewnik balonowy angioplastyczny do udrożeń przewlekłych okluzji” cewnika dostępnego w 2 długościach mieszczących się w zakresie 10 – 20 mm w wersji RX i 3 długościach mieszczących się w zakresie 10 – 20 dla wersji OTW przy średnicy 1,25, pozostałe parametry bez zmian?
- Dotyczy Pakietu Nr 33.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 „Zestaw do protekcji dystalnej przy zabiegach angioplastyki żylnych pomostów aortalno – wieńcowych” zestawu posiadającego filtr z włókien PET 4 DG o średnicy porów 40 µm, pozostałe parametry bez zmian?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 - 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.



Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 cewników balonowych o ciśnieniu nominalnym 8 bar dla średnicy 3,0 mm. Zamawiający podtrzymuje wymóg określony w SIWZ, tj. ciśnienie nominale dla cewnika o średnicy 3,0 mm winno wynosić poniżej 8 bar.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 21 również cewnika balonowego angioplastycznego do udrożeń przewlekłych okluzji dostępnego w 2 długościach mieszczących się w zakresie 10 – 20 mm w wersji RX i 3 długościach mieszczących się w zakresie 10 – 20 dla wersji OTW przy średnicy 1,25, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 33 również zestawów do protekcji dystalnej przy zabiegach angioplastyki żylnych pomostów aortalno – wieńcowych posiadającego filtr z włókien PET 4 DG o średnicy porów 40 µm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a