



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-41/10

Tarnów, 2010-06-15

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu NP 10 bar i RBP 15 bar?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu NP 10 bar i RBP 15 bar dla średnicy 3,0 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Zamawiający oczekuje dołączenia stosownego oświadczenia firmy Arrow i Datascope informującego o dopuszczeniu do stosowania balonów z wyżej wymienionymi pompami. Czy należy rozumieć, że dokumentem wystarczającym do spełnienia wyżej wymienionego warunku będzie oświadczenie firmy Teleflex, że cewniki do kontrapulsacji Arrow są dopuszczone do stosowania z pompami Datascope??

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu NP 10 bar i RBP 15 bar.

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 stentów kobaltowo-chromowych o ciśnieniu NP 10 bar i RBP 15 bar dla średnicy 3,0 mm.

Ad 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący oświadczenia producenta balonów, określony dla Pakietu Nr 9, tj. w przypadku dołączenia stosownego oświadczenia np. firmy Teleflex (pod warunkiem, że jest producentem cewników do kontrapulsacji Arrow), że cewniki do kontrapulsacji Arrow dopuszczone są do stosowania z pompami Datascope CS100 i na odwrót, oświadczenia firmy Datascope, że cewniki do kontrapulsacji Datascope są dopuszczone do stosowania z pompami Arrow ACAT 1 Plus.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a