



Znak: AE/ZP-27-41/10

Tarnów, 2010-06-16

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 9.** Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie pojemności cewników balonowych do kontrapulsacji 30—34, 40 i 50 cc były kompatybilne z koszulką 8F?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 14.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika do odsysania skrzeplin o średnicy 6F mającym duże światło aspiracyjne i przepływ aspiracyjny powyżej 61 ml/sek?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 26.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o RBP =16 bar dla średnicy 3,0 mm?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o RBP =16 bar dla średnicy 3,0 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 28.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o RBP =16 bar dla średnicy 3,0 mm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 35.** Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie stentu wieńcowego o RBP=16 bar dla średnicy 3,0 mm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie pojemności (30—34, 40 i 50 cc) cewników do kontrapulsacji oferowane w Pakiecie Nr 9 były kompatybilne z koszulką 8F.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 cewnika do odsysania skrzeplin o średnicy 6F mającego duże światło aspiracyjne i przepływ aspiracyjny powyżej 61 ml/sek pod warunkiem, że w ofercie będą również cewniki 7F spełniające wymagania określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ. .

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 stentów wieńcowych o RBP = 16 bar dla średnicy 3,0 mm.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 stentów wieńcowych o RBP = 16 bar dla średnicy 3,0 mm.

Ad 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 stentów wieńcowych o RBP = 16 bar dla średnicy 3,0 mm.

Ad 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 stentów wieńcowych o RBP = 16 bar dla średnicy 3,0 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a