



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-42/10

Tarnów, 2010-06-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 200 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 240 mm.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów cz. pracującej 10x18 mm.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów grabek 155x50mm, dł. 260 mm.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów haka 10x9 mm, dł. 210 mm.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów haka 10x18 mm, dł. 210mm.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów haków 40x40 mm, dł. 250 mm.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów cz. pracującej 38x20 mm.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów haków 80x55mm, dł. 255 mm.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** - Prosimy o zaakceptowanie wymiarów cz. roboczej haka 60x45/180 mm.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 20.** - Prosimy o zaakceptowanie imadła typ CRILE WOOD, utwardzane 0.4 mm, dł. 150 mm, które jest identyczne i spełnia w 100% wymagania Zamawiającego – nazwa własna Producenta.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 22.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 135 mm.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 25.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 240 mm.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 26.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 230 mm.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 27.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 260 mm.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 29.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 50 mm.
17. **Dotyczy Pakietu Nr poz. 31.** - Prosimy o zaakceptowanie Kocherów typ Rochester Ochsner spełniających wymagania Zamawiającego - nazwa własna Producenta.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 33. - 35** - Prosimy o zaakceptowanie długości 320 mm.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 36.** - Prosimy o zaakceptowanie łyżki typ Volkman, prostej 5.2mm, dł. 230mm
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 37.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 90mm
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 41.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 370mm
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 44.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 115mm
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 45.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 110mm



24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 50.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 140mm lub 150mm
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 52.** - Prosimy o zaakceptowanie nożyczek typ Mayo Stille, zagiętych, dł. 230mm
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 53.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 180mm
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 63.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 190mm
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 87.** - Prosimy o zaakceptowanie średnicy 3.0mm
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 88.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 350mm
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 89.** - **91** - Prosimy o zaakceptowanie długości 300mm
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 92.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 265mm
32. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 94.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 280mm
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 25.5cm
34. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 15.0cm lub 16.5cm
35. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** - Prosimy o zaakceptowanie długości 14.0cm
36. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** - wg katalogu firmy CHIFA nożyczki są proste, a w/g opisu są wygięte. Które nożyczki należy przyjąć: zagięte czy proste?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** - wg katalogu firmy CHIFA nożyczki są proste, a w/g opisu są wygięte. Które nożyczki należy przyjąć: zagięte czy proste?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** - Sonda ma być sztywna czy giętka? Prosimy o zaakceptowanie długości 32cm

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 również deschampa o długości 200 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 3 również dłuta o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 5 również grabek o wymiarach części pracującej 10 x 18 mm. pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 również grabek o wymiarach 155 x 50 mm, długość 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 12 również haka o wymiarach 10 x 9 mm, długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 również haka o wymiarach 10 x 18 mm, długości 210 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 15 również haka o wymiarach 40 x 40 mm, długości 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 16 również haka o wymiarach części pracującej 38 x 20 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 17 również haka o wymiarach 80 x 55 mm, długości 255 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 18 również haka o wymiarach części roboczej 60 x 45 mm/180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 20 również imadła o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że jest identyczne z imadłem opisanym przez Zamawiającego.

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 22 również imadła o długości 135 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 25 również klemów o długości 240 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 26 również klemów o długości 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 27 również klemów o długości 260 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 29 również klemów o długości 50 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 31 również kocherów o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że są identyczne z kocherami opisanym przez Zamawiającego.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 33 - 35 również łyzeczek o długości 320 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 36 również łyżki o innej nazwie niż wskazana przez Zamawiającego i długości 230 mm, pod warunkiem, że pozostałe parametry są identyczne z łyżkami opisanym przez Zamawiającego.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 37 również moskity o długości 90 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 41 również nożyc o długości 370 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 44 również nożyczek o długości 115 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 45 nożyczek o długości 110 mm. Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 90 – 105 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 50 również nożyczek o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 52 również nożyczek Mayo Stille, zgiętych, długość 230 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 53 również nożyczek o długości 180 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 63 również peanów o długości 190 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 87 również sondy o średnicy 3,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 88 również sondy o długości 350 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 89- 91 również sondy o długości 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 92 również sondy o długości 265 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 94 również ssania o długości 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 również kulociągu o długości 255 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również nożyczek o długości 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 również nożyczek o długości 140 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 36 Oferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 6 nożyczki winny być proste.

Ad. 37 Oferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 7 nożyczki winny być proste.

Ad. 38 Oferowana w Pakiecie Nr 2 poz. 11 sonda winna być sztywna, Zamawiający dopuszcza również długość sondy 320 mm, pod warunkiem, że profil krzywizny idealnie odpowiada profilowi krzywizny sondy SIMS produkcji Chifa.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w:

- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 1 poz. 38 „Noże o parametrach równoważnych z nożami wg katalogu firmy Aesculap AA 175 R” zastępuje się „Noże o parametrach równoważnych z nożami wg katalogu firmy Aesculap FH 150R”
- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 1 poz. 39 „Noże o parametrach równoważnych z nożami wg katalogu firmy Aesculap BA 105 R” zastępuje się „Noże o parametrach równoważnych z nożami wg katalogu firmy Aesculap FH 116R”

- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 1 poz. 42 „Nożyce o parametrach równoważnych z nożycami wg katalogu firmy Aesculap AA 616 R” zastępuje się „Nożyczki o parametrach równoważnych z nożycami wg katalogu firmy Aesculap BC 846 R”
- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 1 poz. 85 „Piłki o parametrach równoważnych z piłkami wg katalogu firmy Aesculap FH 325 C” zastępuje się „Piłki o parametrach równoważnych z piłkami wg katalogu firmy Aesculap FH 325 R”
- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 2 poz. 6 „Nożyczki standard, długość 130 mm, wygięte, końce ostre, o parametrach równoważnych z nożyczkami wg katalogu firmy CHIFA NH-281-130-PMK” zastępuje się „Nożyczki standard, długość 130 mm, proste, końce ostre, o parametrach równoważnych z nożyczkami wg katalogu firmy CHIFA NH-281-130-PMK”
- Formularzu Cenowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) dotychczasowy zapis w Pakiecie Nr 2 poz. 7 „Nożyczki standard, długość 145 mm, wygięte, końce ostre, o parametrach równoważnych z nożyczkami wg katalogu firmy CHIFA NH-281-145-EPMK” zastępuje się „Nożyczki standard, długość 145 mm, proste, końce ostre, o parametrach równoważnych z nożyczkami wg katalogu firmy CHIFA NH-281-145-EPMK”

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 09 czerwca 2010 dotyczącą zmiany treści pkt III Formularza Ofertowego w następujący sposób: dotychczasowy zapis „Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy) od dnia dostarczenia) na przedmiot umowy zaoferowany w Pakiecie Nr 1 poz. 1 -103, Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 11, Pakiecie Nr 3 poz. 1 – 6, Pakiecie Nr 4 poz. 1 –10 i w tym okresie będzie świadczył bezpłatne usługi serwisowe obejmujące: przesłanie narzędzi do Wykonawcy na jego koszt, na koszt Wykonawcy również naprawa lub wymiana na nowe” zastępuje się „Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy) od dnia dostarczenia) na przedmiot umowy zaoferowany w Pakiecie Nr 1 poz. 1 -103, Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 11, Pakiecie Nr 3 poz. 1 – 6, Pakiecie Nr 4 poz. 1 –8, Pakiecie Nr 5 poz. 1 - 2 i w tym okresie będzie świadczył bezpłatne usługi serwisowe obejmujące: przesłanie narzędzi do Wykonawcy na jego koszt, na koszt Wykonawcy również naprawa lub wymiana na nowe.” Zamawiający w załączeniu przesyła aktualny Formularz Ofertowy z poprawnie zapisanymi wyżej wymienionymi zmianami.

W związku z powyższą zmianą wprowadzoną do zapisów SIWZ, działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **18 czerwca 2010 r. godz. 10⁰⁰**, natomiast otwarcie ofert nastąpi **18 czerwca 2010 r. godz. 10¹⁰**, dokonując odpowiednio zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

W Załączeniu:

Formularz Cenowy po zmianie treści

Formularz Ofertowy aktualny po ponownej zmianie

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a