



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-43/10

Tarnów, 2010-06-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na aparatu RTG typu telekomando ze skopią do zdjęć i badań Rtg dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika nr 6 punkt 22** – Czy Zamawiający określając wymóg w punkcie 22 Załącznika Nr 6 ma na myśli czas pochylania stołu z pozycji 0° do pozycji +90° ≤20s?
2. **Dotyczy Załącznika nr 6 punkt 29** – Czy Zamawiający ma na myśli (wymaga) zmotoryzowany poprzeczny zakres ruchu blatu stołu?
3. **Dotyczy Załącznika nr 6 punkt 47** – Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu rtg typu telekomando o mocy generatora min.60 kW?
4. **Dotyczy punktu I SIWZ** – Prosimy o wprowadzenie zapisu w punkcie I SIWZ, że dostawa aparatu będzie przeprowadzona dopiero po przygotowaniu pomieszczeń przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi producenta.
5. **Dotyczy Ogólnych zapisów SIWZ** – Zamawiający wymaga terminu realizacji w okresie od podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2010r, w terminie do 7 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego zamówienia faxem, jednak nie wcześniej niż 8 tygodni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na : „Wymagany termin realizacji zamówienia – do 8 tygodni od podpisania umowy”.
6. **Dotyczy Ogólnych zapisów SIWZ** – Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności deklarowanych parametrów w materiałach informacyjnych. Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, Wykonawca nie jest w stanie folderem producenta, w którym określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały informacyjne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia firmy utworzonej przez producenta dla reprezentowania jego interesów (autoryzowanego przedstawiciela) na terenie Polski o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w opisie technicznym, tzw. Produkt Data i w prospekcie) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?
7. **Dotyczy Punktu IV.5.3 SIWZ** – Prosimy o dopisanie : „ Oświadczenie Wykonawcy, że nie obciąży Zamawiającego kosztami związanymi z przechowaniem przez Wykonawcę aparatu RTG do dnia dostarczenia go Zamawiającemu, pod warunkiem że dostawa nastąpi najpóźniej do 3 miesięcy od podpisania umowy ?
8. **Dotyczy punktu XV.6 SIWZ** – Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie : „przedstawiona dokumentacja przez Wykonawcę, która będzie zgodna z wytycznymi

producenta będzie całkowicie zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę robót budowlanych”.

9. **Dotyczy punktu XV.14a SIWZ** – Prosimy o obniżenie kary umownej na : „ karę w wysokości 0,2% wartości zamówienia aparatu za każdy dzień zwłoki...”
10. **Dotyczy punktu XV.14b SIWZ** – Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie zapisu : „ 5% wartości zamówienia aparatu – w przypadku dostawy potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego niezgodność z wymaganiami...”
11. **Dotyczy punktu XV.16 SIWZ** – Prosimy o zmianę zapisu punktu na zapis : „(...) w zakresie jego obsługi u Zamawiającego przekroczy 14 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy.”
12. **Dotyczy punktu XV.17 SIWZ** – Prosimy o obniżenie kary na 10% wartości umowy brutto.
13. **Dotyczy punktu XV.18 oraz punktu 12 Załącznika Nr 6 do SIWZ** – Prosimy o zmianę zapisu na : „Za każdy dzień przestoju aparatu powyżej 10 dni roboczych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł tytułem...”
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 9** – Czy w związku z tym, że dla Zamawiającego tak ważny jest czas reakcji zmodyfikuje on zapis na zapis o treści : „W okresie gwarancji czas reakcji i przystąpienia do naprawy od zgłoszenia telefonicznego wynosi max.1 dzień roboczy. Poprzez reakcję serwisu Zamawiający rozumie przyjazd wykwalifikowanego pracownika, który podejmie natychmiastową naprawę lub zdalną diagnostykę poprzez modem lub VPN.”
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 11** – Prosimy o zmianę zapisu ponieważ ze względu na zmiany stawek roboczogodzin co pewien okres nierealne jest ustalenie stawek roboczogodziny inżyniera serwisowego na okres 10 lat od daty podpisania umowy w okresie pogwarancyjnym. Prosimy o wykreślenie zapisu ; „(w okresie do 10 lat od daty podpisania umowy)”
16. **Dotyczy punktu XV.20 SIWZ** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści punktu na : „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym?. Czy Zamawiający w przypadku braku akceptacji proponowanej zmiany, nie uważa, że w przepisie tym winna zostać określona wysokość dotacji?
17. **Dotyczy punktu XV.14 i XV.17 SIWZ** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu XV.20?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 18** – Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania, w którym maksymalna wysokość blatu od podłogi wynosi ≥ 99 cm.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 33** – Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania, w którym dla ruchomej kratki przeciwrozprośzeniowej podczas ekspozycji parametr ten wynosi 43 l/cm.
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 45** – Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem pokrycia pacjenta badaniem 167 cm.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 53** – Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania z prądem fluoroskopii 10 mA..
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 78** – Wnioskujemy o poprawienie opisu parametru na „Aparat wyposażony we wzmacniacz obrazu o średnicy minimum 9 cali i minimum 3 polach obrazowych (z 2-ma powiększeniami)”.

23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 punkt 17** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu przedmiot zamówienia ze stałą wysokością stołu wynoszącą 86 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający określając wymóg w punkcie 22 Załącznika nr 6 miał na myśli czas pochylania stołu z pozycji 0^0 do pozycji $+90^0 \leq 20s$.

Ad.2.

Zamawiający w punkcie 29 Załącznika nr 6 wymagając minimalny zakres poprzeczny ruchu blatu: 30cm ma na myśli zmotoryzowany poprzeczny zakres ruchu blatu stołu.

Ad.3.

Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 47 Załącznika nr 6 i wymaga zaoferowania aparatu RTG o mocy generatora min.50 kW.

Ad.4.

Wykonawca zgodnie z wymogiem zawartym w punkcie XV.6 zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dokumentacji techniczno-ruchowej zawierającej między innymi projekt rozmieszczenia aparatu (telekomando + stojak płucny stojący 2 metry od ogniska lampy) oraz szaf sterowniczych, a także projekt rozmieszczenia kanałów dla okablowania w podłodze pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany aparat oraz opis podejścia zasilania aparatu RTG umożliwiającego Zamawiającemu wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Zakładu Rentgenodiagnostyki. Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentacji w celu przygotowania pomieszczenia przed dostawą aparatu.

Ad.5,7,8,10,11,12,13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Ad.6.

Zamawiający zgodnie z punktem IV.4.2 wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcia (fotografii). Zamawiający nie określił w tym punkcie wymogu, iż wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w Załączniku Nr 6 jest składane w punkcie II. Jakość Formularza ofertowego.

Ad.9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Obwarowanie zobowiązania karą umowną ma na celu m.in. zwiększenie realności jego wykonania oraz ułatwienie naprawienia szkody powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Obowiązek jej zapłaty ma więc w stosunku do zasadniczego obowiązku dłużnika charakter jedynie akcesoryjny. Zauważyć również należy, że z art. 438 Kodeksu cywilnego wynika, iż kara umowna ma na celu „naprawienie szkody”. Ponadto, zgodnie z art. 484 Kodeksu cywilnego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Nie jest możliwa do przewidzenia z góry wysokość szkody, która

przecież dopiero zostanie poniesiona w przyszłości w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wtedy dopiero może wystąpić konieczność dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Co do wysokości kary umownej należy zauważyć, że strony kształtują łączący je stosunek wedle swojej woli. Nie dochodzi więc do naruszenia zasady równości stron. „Równość stron” oznacza, że żadnej z nich nie przysługują uprawnienia władcze wobec drugiej, zaś sam łączący strony stosunek prawny mogą one kształtować dowolnie. Także samo nawiązanie stosunku cywilnoprawnego jest dobrowolne.

Ad.14.

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 9 Załącznika Nr 6 i wymaga zaoferowania w okresie gwarancji czasu reakcji i przystąpienia do naprawy od zgłoszenia telefonicznego wynoszącego 2 dni robocze. Poprzez reakcję serwisu Zamawiający rozumie przyjazd wykwalifikowanego pracownika, który podejmie natychmiastową naprawę.

Ad.15

Zamawiający określając wymóg w punkcie 11 Załącznika nr 6 miał na myśli, iż Wykonawca w okresie pogwarancyjnym (w okresie 10 lat od daty podpisania umowy) rozliczał będzie wszystkie koszty pracy inżyniera serwisowego oraz dojazdu na wykonanie napraw na podstawie cennika stawek za 1 roboczogodzinę inżyniera serwisowego (nie kwotą ryczałtową) bieżąco obowiązującego cennika.

Ad.16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy może skutkować utratą dofinansowania udzielonego Zamawiającemu, co w razie zaistnienia tego faktu niewątpliwie należy uznać za szkodę. W momencie zawierania umowy nie jest możliwe określenie wysokości ewentualnej szkody skoro dotyczy zdarzeń przyszłych, a poza tym zależnych od Wykonawcy, a więc brak możliwości wskazania jakichkolwiek kwot.

Z zapisu umownego w jego obecnym brzmieniu nie wynika, by Zamawiający mógł dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej rzeczywistą szkodę.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu XV.20 Ogólnych warunków umowy. Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że celem kary umownej jest naprawienie szkody, można uznać, że jest ona pewną postacią odszkodowania. W zakres szkody może wchodzić utracona dotacja.

Ad.18.

Zamawiający dopuszcza również w punkcie 18 Załącznika Nr 6 aparat RTG typu telekomando z maksymalną wysokością blatu od podłogi ≥ 99 cm.

Ad.19.

Zamawiający dopuszcza również w punkcie 33 Załącznika Nr 6 aparat RTG typu telekomando z parametrem kratki przeciwrzproszeniowej wynoszącym ≥ 43 l/cm.

Ad.20.

Zamawiający dopuszcza również w punkcie 45 Załącznika Nr 6 aparat RTG typu telekomando z minimalnym zakresem pokrycia pacjenta badaniem 167 cm.

Ad.21.

Zamawiający dopuszcza również w punkcie 53 Załącznika Nr 6 aparat RTG typu telekomando z minimalnym zakresem prądów we fluoroskopii 0,2 mA - 10 mA .

Ad.22.

Zamawiający dopuszcza również w punkcie 78 Załącznika Nr 6 aparat RTG typu telekomando z wzmacniaczem obrazu o średnicy minimum 9 cali i minimum 3 polach obrazowych (z 2-ma powiększeniami).

Ad.23

Zamawiający nie dopuści do przetargu przedmiot zamówienia ze stałą wysokością stołu wynoszącą 86 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a