



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-45 /10

Tarnów, 2010-06-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (m.in. porty tytanowe, przyrządy do przetoczeń, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty pokryte polisulfonem, z komorą o objętości 0,3ml zamiast 0,25 ml?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu porty z cewnikami wykonanymi poliuretanu, łączonymi z portem za pomocą zamka, który jest na stałe połączony z portem?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści cewniki o rozmiarach 6F (1 x 1,9mm) i 8,5 (1,6 x 2,6mm), które oferują takie samo światło cewnika przy mniejszej średnicy zewnętrznej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 portów pokrytych polisulfonem, z komorą o objętości 0,3ml.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 portów z cewnikami wykonanymi poliuretanu, łączonymi z portem za pomocą zamka, który jest na stałe połączony z portem.

Ad.3.

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 4 cewników o rozmiarach 6F (1 x 1,9mm) i 8,5 (1,6 x 2,6mm).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

