



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-46/10

Tarnów, 2010-06-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: odczynników do oznaczeń metodą ELISA oraz testów potwierdzenia dla Borrelia burgdorferi IgG+IGM, żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści opakowanie na 100 oznaczeń
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści opakowanie na 100 oznaczeń
3. **Dotyczy Pakietu Nr 12 Załącznik Nr 6.4 pkt 2.** Czy Zamawiający dopuści pasek barwny dla Rota i Adenowirusa w kolorze różowym.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne i w regionie testowym przeciwciała poliklonalne.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego pasek barwny zarówno dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenie literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno – 95%?.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno -98,3%?.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30⁰C?.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 12 Załącznik Nr 6.4 pkt 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk?.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 opakowań po 100 oznaczeń

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 opakowań po 100 oznaczeń, oznaczenia winny być, zgodnie z SIWZ, w opakowaniach nie większych niż 50 sztuk.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 pasków barwnych dla Roty i Adenowirusa w kolorze różowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków w innym kolorze niż opisane w SIWZ, pod warunkiem, że wszystkie trzy będą w istotnie różnych względem siebie kolorach.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 testu zawierającego w regionie kontroli aktywności testu przeciwciała poliklonalne i w regionie testowym przeciwciała poliklonalne.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 testu zawierającego pasek barwny zarówno dla Rota i Adenowirusów w kolorze czerwonym oraz odpowiednie oznaczenie literowe A, R i C na kasetce testowej umożliwiające prawidłowy odczyt testu.

Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 testu o czułości dla Rota – 96,5%, dla Adeno – 95%.

Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 testu o swoistości dla Rota – 98,4%, dla Adeno -98,3%.

Ad 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 również testu przechowywanego w temperaturze 2 – 30⁰C.

Ad 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 również testu zawierającego w opakowaniu 25 sztuk.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a