



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-48/10

Tarnów, 2010-06-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę rękawic medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej i w związku z tym będzie oczekiwał załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?
2. **Dotyczy poz.: 1, 2, 3.** Czy do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych z co najmniej z czterech podstawowych grup technicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?
3. **Dotyczy pozycji 4.** Czy rękawiczki chirurgiczne pudrowane mają być pakowane w zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie foliowe podciśnieniowo pozbawione powietrza (próżniowe)?
4. **Dotyczy pozycji 5 i 6.** Czy rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudorowe sterylne mają posiadać kształt w pełni anatomiczny oraz poszerzoną część grzbietową dłoni?
5. **Dotyczy pozycji 5 i 6.** Czy rękawice mają posiadać wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci?
6. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy pkt 17.** Prosimy o dodanie we wzorze umowy w pkt 17 „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert”
7. **Dotyczy pkt XIV SIWZ Ogólne warunki umowy pkt 8.** Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie pkt 8 na: „Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówionej a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
b) 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówionej partii towaru – w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości”
8. **Dotyczy pozycji 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic sekcyjnych o długości 305 mm.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 – 5. Zamawiający wymaga rękawic zgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Ad. 6 -7 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 8 rękawic sekcyjnych, o długości 305mm. Rękawice oferowane w pozycji 8 zgodnie z opisem w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do SIWZ winny być długie do łokcia, co oznacza długość min. 450 mm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

