



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-51/10

Tarnów, 2010-06-29

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7 i 8.** Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 7 i 8?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga podania rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga podania rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zamiast rurki Guedel nr 5 o długości 100-110 mm rurkę Guedel rozmiar 6 o długości 120 mm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Czy Zamawiający wymaga mankietu w kształcie walca? Czy Zamawiający wymaga podania rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym? Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 4, 7, 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji: 4, 7, 8 do osobnego pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 7 i 8.

Ad. 2 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 2 rurek intubacyjnych spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 3 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 1 poz. 3 rurek intubacyjnych zbrojonych spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 5 rurek Guedel rozmiar 6 o długość 120 mm zamiast wymaganej rurki Guedel nr 5 o długości 100 – 110 mm.

Ad. 5 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 2 rurek intubacyjnych spełniających wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy).

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji: 4, 7, 8.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a