



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-53/10

Tarnów, 2010-07-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, portów centralnych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę o średnicy 1,7 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2** – Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 3 paskami kontrastującymi spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05 ml spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3-6** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek trzyczęściowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 1 poz.6 kaniule w rozmiarze 16G/ 45mm/ 1,7mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 poz. 1-2 kaniuli z czterema pasami kontrastującymi pod RTG.

Ad.3

Zamawiający dopuści również w Pakiecie Nr 9 poz. 2 strzykawkę ze skalą co 0,05 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 3-6 strzykawek trzyczęściowych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a