



175 lat 1835-2010
jubileusz

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-53/10

Tarnów, 2010-07-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawę artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, portów centralnych) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-6** – Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** – Czy Zamawiający dopuści kaniule wyrażone w skali Gauga z tolerancją rozmiarów zgodnie z Polska normą PN-EN ISO 10555-5, według poniżej tabeli:

Symboliczna zewnętrzna średnica drenu cewnika w mm	Zakres rzeczywistej zewnętrznej średnicy w mm	Kolor	Rozmiar Gauge
0,6	0,550 do 0,649	Fioletowy	26
0,7	0,650 do 0,749	Żółty	24
0,8;0,9	0,750 do 0,949	Ciemno niebieski	22
1,0;1,1	0,950 do 1,149	Różowy	20
1,2;1,3	1,150 do 1,349	Ciemno zielony	18
1,4;1,5	1,350 do 1,549	Biały	17
1,6;1,7;1,8	1,550 do 1,849	Szary	16
1,9;2,0;2,1;2,2	1,850 do 2,249	Pomarańczowy	14

3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** – Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączono kliniczne badania biokompatybilności kaniul wykonanych na obiekcie ludzkim?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4** –Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienioną pozycję w osobny pakiet ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Czy kaniula do wlewów dożylnych 24G/19mm/0,7mm ma posiadać przepływ 13ml/min?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pozbawionych portu górnego, posiadających zamiast skrzydełek – dodatkowo zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-6** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych w rozmiarach zgodnych z obowiązującą skalą Gauge, która odpowiednio przelicza średnicę zewnętrzną w milimetrach kaniul i jest obecnie stosowana przez producentów (co jest zgodne z wymogami normy EN ISO 10555-1), tak jak dotychczas stosowane?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2-6** – W związku z alternatywnymi możliwościami diagnozowania ciał obcych w obwodowym naczyniu krwionośnym aparatem USG



(ultrasonograficznym) Zamawiający będzie oczekiwał kaniule widoczne w tymże aparacie?

9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-6** – Czy kaniule mają pochodzić od jednego producenta?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-2** – Czy Zamawiający na potwierdzenie wykonania kaniul z biokompatybilnego materiału oczekuje dołączenia do oferty co najmniej trzech opublikowanych badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-2** – Czy kaniule mają być wyposażone w 5-6 pasków radiocieniujących?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** – Czy podzielna silikonowa membrana ma być osadzona na przezroczystym konektorze, co umożliwia całkowitą widoczność wnętrza i zapewnia skuteczne przepłukiwanie?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2** – Czy Zamawiający ma na myśli kaniulę z min. 4 paskami RTG?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wyposażonych we wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wklucia?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2** – Czy Zamawiający poprzez specjalny automatyczny zatrask zabezpieczający koniec igły po wysunięciu jej z kaniuli ma na myśli zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek, w których ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych z jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (kapilary)?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2** – Czy Zamawiający poprzez samodomykający się port ma na myśli samodomykający się koreczek, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 8** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 25G/0,5mm/25mm.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1-8** – Czy igły mają posiadać oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i na opakowaniu jednostkowym produktu zgodnie z kodem międzynarodowym?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-4** – Czy igły mają posiadać barwne, transparentne zakończenia końcówek kodujące rozmiar, co ułatwia pracę personelowi oraz poprawia szybkość pracy?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3-6** – Czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta na cylindrze?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3-6** – Czy skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3-6** – Prosimy Zamawiającego o podanie ceny za opakowanie a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 7-9** – Czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta i typ strzykawki na cylindrze?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 25G, 90mm z prowadnicą.

25. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 7** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 25G, 120-130mm z przewodnicą.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 11-12** – Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww pozycji i utworzenie odrębnego pakietu.
27. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 13** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej 7-10ml.
28. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 14** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika zewnątrzoponowego do igły w rozmiarze 19G.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,20µm.
30. **Dotyczy Ogólnie** – W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że ujęcie w jednej umowie realizacji kilku / kilkunastu pakietów, nie zmienia stanu prawnego, iż każdy pakiet objęty jest odrębną umową ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami prawnymi, w szczególności możliwością zgodnego rozwiązania umowy w zakresie poszczególnych pakietów.
31. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt. 8** – Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie umowy pkt.8 na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
b) 0,5 % niezrealizowanej części wartości zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.”.
32. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt. 18** – Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w pkt.18:
„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływ w dniu składania ofert”
33. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:
dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, przewodnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw :
dwuświatłowy cewnik 7F/30cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie

- przewodnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, przewodnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw :
trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie przewodnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, przewodnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do hemodializy : dwuświatłowy cewnik w rozmiarze 12F/20cm i kanalikach 12Ga/12Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i wyraźnie oznaczonymi przedłużeniami, z łącznikami Luer Lock, z kodowanymi kolorem zaciskami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik Y z silikonową membraną uszczelniającą wprowadzenie przewodnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, przewodnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, skrzydełka mocujące, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw :
jednoświatłowy neonatologiczny cewnik 23Ga/20cm, objętość wypełnienia 0,1ml, poliuretanowy, widoczny w promieniach Rtg, znaczniki głębokości co 1cm, dodatkowe znacznikami co 10 i 5 cm, z cienkościenną plastikową kaniulą rozrywalną typu „peel away” 22Ga obecną w zestawie, przezroczyste przedłużenie poliuretanowe z klamerką zaciskową, nakrętka zamykająca luer lock, elastyczne skrzydełka mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G/8cm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 2.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 kaniule wyrażone w skali Gauga z tolerancją rozmiarów zgodnie z Polska normą PN-EN ISO 10555-5.

Ad 3.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 do oferty dołączono kliniczne badania biokompatybilności kaniul wykonanych na obiekcie ludzkim.

Ad 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 10 poz. 4

Ad 5.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby w Pakiecie Nr 1 poz. 1 kaniula do wlewów dożylnych 24G/19mm/0,7mm posiadała przepływ 13ml/min.

Ad 6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1 kaniuli do wlewów dożylnych z dodatkowym portem iniekcyjnym (bocznym).

Zamawiający nie dopuszcza kaniuli posiadających zamiast skrzydełek dodatkowo zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia.

Ad 7.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz. 2-6 kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarach zgodnych z obowiązującą skalą Gauge z tolerancją rozmiarów zgodnie z polską normą PN-EN ISO 10555-5 i PN-EN ISO 10555-1.

Ad 8.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również w Pakiecie Nr 1 poz. 2-6 zaoferowanie kaniul widocznych w aparacie USG (ultrasonograficznym).

Ad 9.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby kaniule zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1-6 pochodziły od jednego producenta.

Ad 10.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby w Pakiecie Nr 2 poz. 1-2 na potwierdzenie wykonania kaniul z biokompatybilnego materiału dołączyć do oferty opublikowane badania kliniczne potwierdzające ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul.

Ad 11.

Zamawiający wymaga, aby kaniule zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 1-2 były wyposażone w min. 4 paski radiocieniujące.

Ad 12.

Zamawiający dopuszcza również, aby zaoferowana w Pakiecie Nr 3 poz. 1 silikonowa membrana osadzona była na przezroczystym konektorze, co umożliwi całkowitą widoczność wnętrza i zapewnia skuteczne przepłukiwanie.

Ad 13.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 5 poz. 1-2 kaniule z min. 4 pasami kontrastującymi pod RTG.

Ad 14.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 5 poz. 1-2 kaniule wyposażone we wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia.

Ad 15.

Zamawiający dopuszcza również, aby zaoferowana w Pakiecie Nr 5 poz. 1-2 kaniula do żył obwodowych z portem posiadająca automatyczny zatrząsk wyposażona była w zabezpieczenie przeciw rozpryskiwaniu się krwi w postaci kapilar.

Ad 16.

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 1-2 poprzez samodomykający się port ma na myśli samodomykający się koreczek, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu.

Ad 17.

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 6 poz. 8 igły iniekcyjnej w rozmiarze 25G/0,5mm/25mm.

Ad 18.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane w Pakiecie Nr 6 poz. 1-8 igły posiadały oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i na opakowaniu jednostkowym produktu zgodnie z kodem międzynarodowym.

Ad 19.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane w Pakiecie Nr 7 poz. 1-4 igły posiadały barwne, transparentne zakończenia końcówek kodujące rozmiar.

Ad 20.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby strzykawki zaoferowane w Pakiecie Nr 9 poz. 3-6 posiadały oryginalnie nadrukowane logo producenta.

Ad 21.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 poz. 3-6 strzykawki ze skalą na cylindrze odpowiadającą nominalnej objętości strzykawki oraz dopuszcza również strzykawki ze skalą rozszerzoną.

Ad 22.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 9 poz. 3-6 możliwość zaoferowania i podania ceny za opakowanie a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

Ad 23.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby strzykawki zaoferowane w Pakiecie Nr 9 poz. 7-9 posiadały oryginalnie nadrukowane logo producenta i typ strzykawki na cylindrze.

Ad 24.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 2 igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 25G, 90mm z prowadnicą.

Ad 25.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 7 igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 25G, 120-130mm z prowadnicą.

Ad 26.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 11-12 z Pakietu Nr 19.

Ad 27.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 13 strzykawki niskooporowej 7-10ml, wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad 28.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 14 cewnika zewnątrżoponowego do igły w rozmiarze 19G.

Ad 29.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 1 przyrządu do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażonego w filtr bakteryjny 0,20µm.

Ad.30

Wszystkie uregulowania jakie znajdują się w Umowie zostały określone przez Zamawiającego w pkt XV SIWZ. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.31-32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisów ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

Ad.33.

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 12 poz. 1 zestaw zawierający :
dwuświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.34

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 12 poz. 2 zestaw zawierający :
dwuświatłowy cewnik 7F/30cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.35

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 12 poz. 3 zestaw zawierający :
trzyświatłowy cewnik 7F/20cm, o kanalikach 16Ga/18Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę

z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.36

Zamawiający dopuszcza również w Pakiecie Nr 12 poz. 4 zestaw do hemodializy zawierający : dwuświatłowy cewnik w rozmiarze 12F/20cm i kanalikach 12Ga/12Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i wyraźnie oznaczonymi przedłużeniami, z łącznikami Luer Lock, z kodowanymi kolorem zaciskami, oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik Y z silikonową membraną uszczelniający wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, skrzydełka mocujące, strzykawkę, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne.

Ad.37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 13 poz. 1 zestawu do cewnikowania noworodków, zakładanego obwodowo z przyrządem wprowadzającym (introducerem) w postaci rozrywalnej kaniuli. W skład zestawu wchodzi: a) cewnik o wymiarach śr. 0,3 x 0,6 mm, dł. 15 cm, przepływ 3ml/min., b) igła o wymiarach 20G/śr.0,95mm/dł.25mm, c) kaniula - rozrywalna igła. Zestaw posiada wbudowany dren przedłużający, zacisk motylkowy, skrzydełko mocujące. Wykonany z tworzywa poliuretanowego

Ad.38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 26 poz. 1. zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego 19Ga, rozszerzonego z cewnikiem epiduralnym zbrojonym (igła 17G, cewnik, strzykawka, filtr).

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a