



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-56/10

Tarnów, 2010-07-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim, mikrokuwet do pomiaru cukru, noży do mikrotomu dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający (Załączniku Nr 6 poz. 2) dopuści pasek barwny dla rota i adenowirusa w kolorze różowym?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści test (Załączniku Nr 6 poz. 2), w którym obszar testowy „R” kasetki został opłaszczony przeciwciałami przeciwko rotawirusowi, a obszar testowy „A” kasetki został opłaszczony przeciwciałami przeciwko adenowirusowi?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści test (Załączniku Nr 6 poz. 5), o swoistości dla rotawirusów 98%, dla adenowirusów 99%?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści test (Załączniku Nr 6 poz. 9) w opakowaniu 25 oznaczeń?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, o czułości dla Rota i Adeno powyżej 99% i swoistości dla Rota – 98%, a dla Adeno powyżej 99%?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający testy z zabarwieniem prążka w regionie testowym dla Rota – czerwonym, a dla Adeno - niebieskim?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości: dla Rota 100% i dla Adeno 90% ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o specyficzności: dla Rota 99% i dla Adeno 100% ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, które można przechowywać w temperaturze 2 – 30⁰C?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniu po 25 testów?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 pasków barwnych dla rota i adenowirusa w kolorze różowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków w innym kolorze niż opisane w SIWZ, pod warunkiem, że wszystkie trzy będą w istotnie różnych względem siebie kolorach.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 testów, w których obszar testowy „R” kasetki został opłaszczony przeciwciałami przeciwko rotawirusowi, a obszar testowy „A” kasetki został opłaszczony przeciwciałami przeciwko adenowirusowi, testy winny być zgodne w tym zakresie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 testów o swoistości dla rotawirusów 98%, dla adenowirusów 99%. Swoistość zarówno dla rotawirusa jak i adenowirusa winna wynosić 100%.

Ad. 4 i 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również testów w opakowaniach po 25 oznaczeń.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 testów o czułości dla Rota powyżej 99% i swoistości dla Rota – 98%, a dla Adeno powyżej 99%. Czułość testu dla Rota winna wynosić - 100%, natomiast swoistość zarówno dla Rota jak i Adeno winna wynosić 100%.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również testów z zabarwieniem prążka w regionie testowym dla Rota – czerwonym, a dla Adeno – niebieskim.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów w Pakiecie Nr 1 testów o czułości dla Adeno 90%.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 testów o swoistości dla Rota 99%. Swoistość zarówno dla Rota jak i Adeno winna wynosić 100%.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 również testów, które można przechowywać w temperaturze 2 – 30⁰C

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a