



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-60/10

Tarnów, 2010-07-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawy: testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści pasek barwny dla rota i adenowirusa w kolorze różowym?
2. Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania Rota i Adenowirusów w kale ludzkim o czułości dla Rota > 99%, a dla Adeno – 99% i specyficzności dla Rotawirusa – 98%, a dla Adenowirusa > 99%?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czułości testów dla Adenowirusów wynosiła 90%?
4. Czy Zamawiający dopuści test, którego wynik będzie przedstawiany następująco: pasek czerwony – Rotawirusy, pasek niebieski – Adenowirusy?
5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, o czułości dla Rota 99,1%?
6. Czy Zamawiający dopuści paski barwne dla Rota i Adenowirusa w kolorze czerwonym?
7. Jaka jest przewidywana ilość pierwszej dostawy?
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu według załączonej specyfikacji, między innymi czułość: dla Rotawirusa >99%, a dla Adenowirusa >90%, natomiast specyficzność dla Rotawirusa – 98%, a dla Adenowirusa – 99%

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków barwnych dla Rota i Adenowirusa w kolorze różowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków w innym kolorze niż opisane w SIWZ, pod warunkiem, że wszystkie trzy będą w istotnie różnych względem siebie kolorach.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów o czułości dla Rotawirusa innej niż 100%.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie o czułości dla Adenowirusów wynoszącej 90%.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również testów z zabarwieniem prążka w dla Rota wirusa – czerwonym, a dla Adenowirusa – niebieskim.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów o czułości dla Rota 99,1%.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pasków barwnych dla rota i adenowirusa w kolorze czerwonym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków w innym kolorze niż opisane w SIWZ, pod warunkiem, że wszystkie trzy będą w istotnie różnych względem siebie kolorach.

Ad. 7 Aktualnie na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie jest w stanie określić jaka będzie wielkość pierwszej dostawy.

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów o czułości dla Rotawirusa >99%, a dla Adenowirusa >90%, czułość dla Rotawirusa winna wynosić 100%, a dla Adenowirusa $\geq 97\%$..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a