



.....

.....

Znak: AE/ZP-27-61/10

Tarnów, 2010-07-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 920 mm?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2060 mm?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi bez listew odbojowych?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6.1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem całkowitym 180 kg?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 920 mm?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2060 mm?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 krążkami odbojowymi bez listew odbojowych?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6.2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem całkowitym 180 kg?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6.3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 950 mm?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6.3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 460 mm?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6.3.** Czy Zamawiający dopuści szafkę bez pojemnika –miejsca na butelki/gazety, natomiast z uchwytem do rozwieszania ręcznika?
12. **Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w SIWZ dotyczącego terminu dostawy z „do dnia 15 września” na „do 12 tygodni od dnia podpisania umowy”?
13. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w SIWZ z „0,5% wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki” na „0,1 % wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”?
14. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wskazanych w SIWZ z „20% wartości umowy brutto” na „20% wartości umowy brutto”.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6.4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka, które w standardzie posiada 4 uniwersalne haczyki na worki z płynami fizjologicznymi, po dwa z każdej strony łóżka i zrezygnuje w tym przypadku z zaoferowania dodatkowych 10 sztuk.

16. **Dotyczy SIWZ.** Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy o 2 tygodnie
17. **Dotyczy poz. 1 i 2.** Czy Zamawiający dopuści łóżko w pozycji 1 i 2 o bezpiecznym obciążeniu 175 kg?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 łózek o szerokości całkowitej 920 mm, szerokość całkowita łóżka winna mieścić się w przedziale 950 – 965 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 łózek o długości całkowitej 2060 mm, długość całkowita łóżka winna mieścić się w przedziale 2120 – 2190 mm.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 1 łózek tylko z 4 krążkami odbojowymi bez listew odbojowych.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 również łózek z bezpiecznym obciążeniem całkowitym 180 kg.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 łózek o szerokości całkowitej 920 mm, szerokość całkowita łóżka winna mieścić się w przedziale 950 – 965 mm.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 łózek o długości całkowitej 2060 mm, długość całkowita łóżka winna mieścić się w przedziale 2130 – 2190 mm.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 2 łózek tylko z 4 krążkami odbojowymi bez listew odbojowych.

Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 również łózek z bezpiecznym obciążeniem całkowitym 180 kg.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 szafek o wysokości 950 mm.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafek o szerokości 460 mm.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafki bez pojemnika – miejsca na butelki/gazety.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ dotyczącego terminu dostawy z „do dnia 15 września” na „do 12 tygodni od dnia podpisania umowy”.

Ad. 13 – 14 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy w zaproponowanym brzmieniu. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łózek w pozycji 1 i 2 Formularz Cenowego posiadających w standardzie 4 uniwersalne haczyki na worki z płynami fizjologicznymi, po dwa z każdej strony łóżka i w takim przypadku nie wymaga zaoferowania uchwytów z poz. 7 Formularza Cenowego.

Ad. 16 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy o 2 tygodnie, tj. do 29 września 2010.

Ad. 17 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 łóżka z bezpiecznym obciążeniem 175 kg.

W związku z powyższą zmianą wprowadzoną do zapisów SIWZ – zmiana terminu dostawy, działając na podstawie art. 38 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a