



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-63/10

Tarnów, 2010-08-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę defibrylatorów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.II.ppkt.3** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej BTE o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.IV.ppkt.2** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy z kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej 5,63”?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.IV.ppkt.2** – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wysokokontrastowym ekranem elektroluminescencyjnym o przekątnej 5,66”?
4. **Dotyczy pkt. XIV SIWZ Ogólne warunki umowy ppkt.9a** – Czy Zamawiający dopuści zmianę wartości kar umownych za każdy dzień zwłoki, jeżeli defibrylatory nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – z 0,5% wartości zamówionych defibrylatorów na 0,1%?
5. **Dotyczy pkt. XIV SIWZ Ogólne warunki umowy ppkt.13** – Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z 20% wartości umowy brutto na 10%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający dopuści również defibrylatory z technologią fali dwufazowej rektalinearnej BTE o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta.

Ad.2.

Zamawiający dopuści również defibrylatory dwufazowe z kolorowym ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej 5,63”.

Ad.3.

Zamawiający dopuści również defibrylatory z wysokokontrastowym ekranem elektroluminescencyjnym o przekątnej 5,66”.

Ad.4-5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy w zaproponowanym brzmieniu. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a